

## 阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目竞争性磋商公告

(招标编号：HNCX-2024-192)

项目所在地区：河南省, 郑州市

### 一、招标条件

本阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为阜外华中心血管病医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

### 二、项目概况和招标范围

规模：/

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目；

### 三、投标人资格要求

(001阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目)的投标人资格能力要求：1.

供应商具有独立承担民事责任的能力；

2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动；

8. 本次项目采购活动不接受联合体。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

## 四、招标文件的获取

获取时间：从2024年11月21日 08时30分到2024年11月27日 17时30分

获取方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年12月04日 09时30分

递交方式：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年12月04日 09时30分

开标地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

## 七、其他

### 一、项目基本情况

1. 采购编号：HNCX-2024-192；
2. 项目名称：阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目；
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
  - 4.1 采购货物名称及数量：采购移动护理PDA，按实际需求量单价采购；
  - 4.2 标包划分：共划分 1个标包；
  - 4.3 采购货物技术性能指标：具体参数详见采购文件第五章“采购需求”；
  - 4.4 核心产品：/；
  - 4.5  
采购范围：货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务；
  - 4.6 资金来源：自筹资金，已落实；
  - 4.7  
供货服务及交货期：供货服务期三年，具体数量根据医院实际需要配送设备，中标方接到采购方通知，应在2天内将设备送至医院并调试完成；
  - 4.8 交货地点：采购人指定地点；

5. 本项目是否接受联合体投标：否。

## 二、供应商的资格要求

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；
2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动；
8. 本次项目采购活动不接受联合体。

## 三、获取采购文件

1. 获取采购文件时间：2024年11月21日至2024年11月27日（法定节假日除外），每日上午8:30至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，以收到邮件时间为准）
2. 获取采购文件方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：[cxcg2022fw@126.com](mailto:cxcg2022fw@126.com)，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱：
  - 2.1 供应商信息登记表（见附件）、法定代表人证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证（获取采购文件的委托代理人须为供应商本单位人员，且与供应商签订有劳动合同关系，已缴纳社会保险，并提供社保证明及劳动合同）；
  - 2.2 营业执照或其他有效证明；
  - 2.3 经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明；
  - 2.4

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖单位公章）；

#### 2.5

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（2023年06月以来近期任意三个月，新成立公司时间计算以成立时间为准，如享有免税政策的，提供免税证明；社会保险的凭据可提供专用收据或社会保险缴纳清单）；

#### 2.6

供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟，加盖公章）；

#### 2.7

“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息（须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息）；

#### 2.8

“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图。

以上“第2项

获取采购文件方式”中要求的内容按顺序编辑整理为一个PDF文档（文档中所附资料或证件需为原件彩色扫描件并加盖单位公章）。

3. 售价：500元/份，售后不退。

#### 四、响应文件提交

1. 时间：详见采购文件；

2. 地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

#### 五、响应文件开启

1. 时间：详见采购文件；

2. 地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

#### 六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阜外华中心血管病医院》上发布。

## 七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息：

名称：阜外华中心血管病医院

地址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联系人：张老师

联系方式：0371-58680094

### 2. 采购代理机构信息：

名称：河南诚信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联系人：刘先生、李女士

联系方式：18937678815

附件1：供应商信息登记表

附件2：阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目采购需求

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：阜外华中心血管病医院

地 址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联 系 人：张老师

电 话：0371-58680094

电子邮件：/

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联 系 人：刘先生、李女士

电 话：18937678815

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

**附件1: 供应商信息登记表**

**附件： 供应商信息登记表**

项目名称		
供应商信息	单位名称	(填写供应商单位名称)
	营业执照或其他有效证明	(填写证号)
	经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明	审计报告或资信证明是否满足, ( ) 是 ( ) 否
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	是否有承诺, 是 ( ) 否 ( )
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(2023年06月以来任意三个月)	是否有缴纳税收证明, 是 ( ) 否 ( ) 是否有社会保障资金证明, 是 ( ) 否 ( ) 是否是2023年06月以来近期任意三个月, 是 ( ) 否 ( )
	供应商参加本项目采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明	是否有声明, 是否满足, 是 ( ) 否 ( )
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图	是否有打印的截图, 是否满足, 是 ( ) 否 ( )
	“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息(须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息)	是否有信息查询, 是否显示公司信息、股东或投资人信息, 是否满足, 是 ( ) 否 ( )
	拟投产品/设备 品牌/厂家(若为进口品牌, 需同时标注中文名称)	
供应商的法定代表人或委托代理人	姓名	
	身份证号	
	是否有相关证明材料	是 ( ), 已提供; 否 ( )。
	联系方式	
采购文件领取邮箱		

## 附件2:阜外华中心血管病医院移动护理PDA采购项目采购需求

### 技术要求

★1、兼容医院现有移动护理等相关软件系统，免费提供医院现有移动护理等相关软件系统与设备匹配对接服务；

2、操作系统：≥Android 10；

3、CPU：≥8核 2.0GHz；存储：≥4GB+64GB；

4、存储扩展：可支持TF卡等扩容方式，最大可扩容至少256GB；

#5、可充电电池，容量≥4800mAh，电池一体化设计不可拆卸，支持座充式充电；产品单块电池连续使用时间要求达到≥8小时，待机时间≥120小时，提供相关证明材料；

6、正面无实体按键，侧面按键包含音量+、-键、开关机键、至少2个测扫描键，支持按键功能自定义；

7、前置≥500万像素摄像头；后置≥1300万像素摄像头；

8、音频：内置扬声器；内置麦克风（具有降噪功能）；

#9、整机重量不大于260g（含电池），屏幕尺寸≥5.4寸，LCD屏幕使用分辨率≥720\*1440、支持多点电容触摸屏；提供相关证明材料。

#10、扫描头支持一维、二维条码识别，扫描条码最小精度可达到3.5mil以下；

11、支持NFC功能；支持ISO15693、ISO14443A、ISO14443B等标准协议；

#12、支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等；

13、定位：内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass等定位；

14、传感器：支持重力传感器、光线传感器、距离传感器、电子罗盘、陀螺仪等；

★15、具备防水抗摔能力，高度≥1.4m，不带包装在水泥地任意面跌落至少5次后仍可正常工作；满足至少IP67以上防水等级，支持医用酒精等方式擦拭消毒；提供相关证明材料；

16、产品具有电信设备进网许可证；网络类型包含不限于4G/3G/2G，无线局域网包含不限于IEEE 802.11

a/b/g/n/ac，蓝牙支持至少5.0协议，支持NFC功能，提供相关证明材料。

#17、设备符合电子产品有害物质限制使用的要求，提供第三方权威评测机构签字盖章的相关证明材料。

★18、提供3年原厂质保服务。提供原厂的授权及原厂质保相关证明材料。

19、详细列明所投标产品质保期内售后服务、针对所投标产品故障或问题的避免措施以及出现故障或问题所采取的技术和服务措施。



20、供货服务期三年，具体数量根据医院实际需要配送设备，中标方接到采购方通知，应在2天内将设备送至医院并调试完成。