

郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202311-4）-

眼科超声乳化治疗仪技术参数公示

（招标编号：/）

一、中标人信息：

标段(包)[001]1:

中标人：本公告不涉及

其他类型中标价：本公告不涉及

二、其他：

详见附件

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人：郑州市第六人民医院

地址：/

联系人：/

电话：/

电子邮件：/

招标代理机构：国隆项目咨询有限公司

地址：

郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉路口绿地原盛国际1号楼A座12B层

联系人：肖明玉、李鑫

电话：0371-55001513

电子邮件：glgljt168@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202311-4）-眼科超声乳化治疗仪

技术参数公示

一、项目信息

1. 项目名称：郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202311-4）-眼科超声乳化治疗仪

二、技术参数

详见附件

三、公示期限

2024年09月03日08时30分至2024年09月05日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

四、异议反馈时限

2024年09月03日08时30分至2024年09月05日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

五、其他需要公示内容

请各潜在供应商对公示的内容是否有倾向性、歧视性、排他性等提出建议。各潜在供应商对公示内容如有异议，请于公示期内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（由法定代表人签字、盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

六、联系方式

1. 采购人信息

采购人：郑州市第六人民医院

地址：/

联系人：/

联系方式：/

电子邮箱：/

2. 采购代理机构信息：

名称：国隆项目咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号1号楼14层63号

联系人：肖明玉、李鑫

联系电话：0371-55001516/0371-55001517

3. 项目联系方式

项目联系人：肖明玉、李鑫

联系方式：0371-55001516/0371-55001517

附件:眼科超声乳化治疗仪技术参数

设备名称	眼科超声乳化治疗仪及附件	数量	1
<p>1. 设备功能及用途:</p> <p>一、用于进行白内障晶体摘除的外科手术设备。</p> <p>二、系统可以使外科医师对眼内晶体进行乳化和抽吸，并使用平衡盐溶液来替代抽吸出的液体与晶体。</p> <p>三、手术中，需保持眼前房的稳定（膨胀）。通过系统控制件，外科医师可以调节手柄针头的功率、抽吸速率、真空以及灌注液体的流速。</p> <p>四、系统控制件包括脚踏开关，可以使外科医师控制灌注流速、抽吸速率、超声乳化能量、玻璃体切除速率、以及电凝能量。</p> <p>2. 主要技术参数:</p> <p>一、液流系统</p> <p>★1.1蠕动泵，低顺应性液流管理系统。</p> <p>1.2光学压力传感器感应负压变化</p> <p>1.3负压设定范围约0-650 mmHg</p> <p>1.4抽吸速率范围约0-65cc/min,</p> <p>二、白内障乳化模式</p> <p>★2.1扭动超声乳化模式，振动频率恒定</p> <p>2.2超声线性/固定/脉冲/爆破输出</p> <p>三、超声能量调节模式</p> <p>3.1连续超声</p> <p>★3.2脉冲模式</p> <p>★3.3爆破模式</p> <p>四、脚踏控制</p> <p>可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压</p> <p>五、超乳针头</p> <p>多规格针头，具备抽吸旁路系统功能让手术更安全。</p> <p>六、前节玻切</p> <p>★具有前节电动玻切功能，切割速率≥2000cpm。</p> <p>七、人工晶体植入</p> <p>★可通过高温高压消毒的电动推注器手柄实现辅助人工晶体植入。</p>			

产品配置清单(单套)

产品名称	数量
主机	1
脚踏板	1
玻切手柄	1
扭动超声手柄	2
注/吸手柄	2