

河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目竞争性磋商公告

（招标编号：HNCX-2024-163）

项目所在地区：河南省, 郑州市

一、招标条件

本河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：/

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目；

三、投标人资格要求

(001河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目)的投标人资格能力要求：1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；
2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年10月17日 08时30分到2024年10月23日 17时30分

获取方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年11月05日 09时30分

递交方式：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年11月05日 09时30分

开标地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

七、其他

一、项目基本情况

- 1.采购编号：HNCX-2024-163；
- 2.项目名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目；
- 3.采购方式：竞争性磋商
- 4.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 4.1 采购货物名称及数量：呼吸机（大动物）1台；
 - 4.2 标包划分：共划分 1个标包
 - 4.3 采购货物技术性能指标：具体参数详见“采购需求”；
 - 4.4 核心产品：/；
 - 4.5
- 采购范围：货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务；
- 4.6 资金来源：财政资金，已落实；

4.7 交货期：合同签订后60日历天；

4.8 交货地点：采购人指定地点；

5. 本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；

2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。

三、获取采购文件

1. 获取采购文件时间：2024年10月17日至2024年10月23日（法定节假日除外），每日上午8:30至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，以收到邮件时间为准）

2. 获取采购文件方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱：

2.1

供应商信息登记表（见附件）、法定代表人证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

2.2 营业执照；

2.3 经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明；

2.4

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖单

位公章)；

2.5

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(2023年06月以来近期任意三个月,新成立公司时间计算以成立时间为准,如享有免税政策的,提供免税证明;社会保险的凭据可提供专用收据或社会保险缴纳清单);

2.6

供应商参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式自拟,加盖公章);

2.7

“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息(须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息);

2.8

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图。

以上“第2项

获取采购文件方式”中要求的内容按顺序编辑整理为一个PDF文档(文档中所附资料或证件需为原件彩色扫描件并加盖单位公章)。

3. 售价: 500元/份, 售后不退。

四、响应文件提交

1. 时间: 详见采购文件;

2. 地点: 阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室(320室)。

五、响应文件开启

1. 时间: 详见采购文件;

2. 地点: 阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室(320室)。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阜外华中心血管病医院》上发布。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息：

名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

地址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联系人：张老师

联系方式：0371-58680094

2. 采购代理机构信息：

名称：河南诚信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联系人：刘先生、李女士

联系方式：18937678815

附件1：供应商信息登记表

附件2：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）

采购项目采购需求

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

地 址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联 系 人：张老师

电 话：0371-58680094

电子邮件：/

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址： 郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联 系 人： 刘先生、李女士

电 话： 18937678815

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件1：供应商信息登记表

附件： 供应商信息登记表

项目名称			
供应商信息	单位名称		(填写供应商单位名称)
	营业执照		(填写证号)
	经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明		审计报告或资信证明是否满足，() 是 () 否
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺		是否有承诺，是 () 否 ()
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(2023年06月以来任意三个月)		是否有缴纳税收证明，是 () 否 () 是否有社会保障资金证明，是 () 否 () 是否是2023年06月以来近期任意三个月，是 () 否 ()
	供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明		是否有声明，是否满足，是 () 否 ()
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图		是否有打印的截图，是否满足，是 () 否 ()
	“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息(须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息)		是否有信息查询，是否显示公司信息、股东或投资人信息，是否满足，是 () 否 ()
拟投产品/设备 品牌/厂家			
供应商的法定代表人或委托代理人	姓名		
	身份证号		
	是否有相关证明材料		是 ()，已提供；否 ()。
	联系方式		
采购文件领取邮箱			

附件2：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）呼吸机（大动物）采购项目采购需求

一、设备需求

设备需求一览表

序号	产品名称	数量
1	呼吸机（大动物）	1台

二、商务及技术要求

（一）商务要求

序号	商务要求	要求
一	总体要求	
1	满足甲方科研要求，凡涉及设备运输、安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要。提供相关质量体系认证资料	具备
4	仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接	具备
5	数量1台	具备
二	技术及售后服务	
1.	保修期 6 年。	具备
2.	每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。	具备
3.	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录, 提供设备设计使用寿命。	具备
4.	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供备用机或备用配件，有常驻工程师，提	具备

	供工程师姓名及联系方式。	
5.	提供设备附件及各类配件详细报价清单。	具备

(二)技术要求

序号	技术性能要求	要求
#1	监测项目及报警内容全面，运行模式包括PCV、VCV、IPPV、P/V-SIMV、CPAP、PSV、PRVC(CMV/SIMV)、PEEP、双水平正压通气或压力释放通气、叹息通气、窒息通气等。适用动物体重范围2-200kg。	具备
2	操作简单，有中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示，内置式一体化彩色触摸屏，屏幕≥12英寸，屏幕可同时显示3道波形和至少2个环	具备
★3	配备一体化内置涡轮机	具备
4	通气模式	具备
4.1	间歇正压通气IPPV，辅助间歇正压通气IPPV assist，同步间歇指令通气+压力支持SIMV/PS	具备
4.2	呼气末正压/持续气道正压+压力支持CPAP+PS，叹息Sign，窒息通气Apnea V	具备
4.3	气压力限制通气PLV：容量控制模式下如气道压力达到设置的压力报警上限Pmax，则呼吸机以Pmax为吸气压力输送目标潮气量，避免呼吸机因气道压力过高而停止送气	具备
#4.4	双水平气道正压通气BIPAP	具备
4.5	Auto Flow功能，可叠加于所有容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸	具备
4.6	标配无创通气NIV功能，带漏气补偿，并可叠加在所有模式上	具备
★4.7	配备可重复消毒使用成年大动物（家猪、羊、犬等）和小型动物（巴马猪、兔等）的呼吸管路	具备
5	技术指标	
#5.1	潮气量：20-2000ml（容量控制模式下）	具备
5.2	吸气时间：0.1-10s，吸呼比：140:1-1:140	具备
5.3	呼气末正压PEEP:0-40cmH2O，吸气压力：0-99mbar	具备
5.4	氧浓度精确可调:21-100%，吸气流速：0-175升/分	具备
5.5	压力上升斜率：5~200mbar/s，触发灵敏度：1-15升/分	具备
5.6	阀反应时间T0...90：≤5毫秒	具备

序号	技术性能要求	要求
5.7	具有吸气保持功能，最长可达15秒，可随时终止，2—80bpm，呼气末正压0—35mbar	具备
6	监测项目	具备
6.1	内置式显示屏、波型显示：气道峰压，平台压，气道平均压，呼气末正压，吸入潮气量，呼出潮气量，总呼吸频率，自主呼吸频率，总分钟通气量，自主分钟通气量，气道阻力R，肺顺应性C，吸入氧浓度	具备
#6.2	铂金丝流量传感器，自动定标，可随时取下消毒，分钟漏气量，漏气补偿吸气潮气量测定，吸呼比，吸气时间，平台时间，呼吸气体温度测量	具备
#6.3	氧监测采用顺磁氧技术，无消耗品	具备
7	报警项目	
7.1	智能三级声光报警系统，人机对话功能，能提供报警中文信息，吸入潮气量过高报警，分钟通气量过高过低报警，呼吸频率过快报警	具备
7.2	吸入气体温度过高报警，吸气压力过高过低报警，吸入氧浓度过低报警，窒息报警时间	具备
8	操作系统	
8.1	操作界面良好及操作步骤简单(如仅需单钮即可操作)	具备
8.2	具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能，中文界面	具备
9	特殊功能	具备
9.1	智能吸痰：脱管吸痰时无报警，吸痰前后均能提供不少于2分钟的纯氧	具备
9.2	能用于转运（没有外接电源及气源仍然能够工作）	具备