

## 肺功能测试系统招标公告

(招标编号：2023-JK17-W1036)

项目所在地区：陕西省,西安市,碑林区

### 一、招标条件

本肺功能测试系统已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金 0，招标人为某医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模：1 套

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)肺功能测试系统；

### 三、投标人资格要求

(001 肺功能测试系统)的投标人资格能力要求：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资独资企业或外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

（五）本项目不接受联合体投标。

(六) 供应商可为生产商或销售商，具备本项目生产或者销售范围。

(医疗设备: 生产商提供 ①医疗器械注册证或备案凭证、②医疗器械生产企业许可证等相关证明材料(如有); 代理商提供 ①医疗器械经营许可证(备案凭证)、②产品授权委托书(授权时间为1年(含)以上的三级以内(含三级)授权委托书或生产企业(全国(大区)总代理)出具的针对本项目的专项授权书、③产品医疗器械注册证或备案凭证、④产品生产商的医疗器械生产企业许可证等相关证明材料(如有)。

非医疗设备: 生厂商提供相关资质资质(营业执照、国家和军队规定的经营许可和必备资质证书)等材料(如有); 代理商提供具有三级以内(含三级)产品授权委托书(授权时间为1年(含)以上的代理授权)或生产企业(全国(大区)总代理)出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料及生厂商相关资质资质(营业执照、国家和军队规定的经营许可和必备资质证书)等材料(如有);

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 08 月 22 日 09 时 00 分到 2023 年 08 月 29 日 17 时 00 分

获取方式: 采取线下发售方式。投标人携带资料现场报名。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023 年 09 月 12 日 09 时 30 分

递交方式: 西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼(详见指示牌)。纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间: 2023 年 09 月 12 日 09 时 30 分

开标地点: 西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼(详见指示牌)。

#### 七、其他

##### 一、招标文件申领时间、地点、方式

(一) 申领时间: 2023 年 08 月 22 日至 2023 年 08 月 29 日, 每日上午 09:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

(二) 申领地点: 西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼。

(三) 申领招标文件时需提供以下资料(装订成册并加盖单位公章):

1. 营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供);
2. 法定代表人资格证明书原件;
3. 法定代表人授权书原件及被授权人在投标单位缴纳的近三个月社保证明;

4. 非外资独资企业或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供）
5. 投标供应商主要股东或出资人信息；
6. 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书；
7. 投标供应商在“军队采购网”（www.plap.cn）未被列入军队采购失信名单和军队供应商暂停名单的网站截图；
8. 投标供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的网站截图；
9. 投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图
10. 审计报告（会计师事务所出具的近3年（2020-2022年度）审计报告）；
11. 最近12个月内任意6个月纳税汇款或缴纳凭证和最近12个月内任意6个月缴纳社保汇款或缴纳凭证；
12. 供应商可为生产商或销售商，具备本项目生产或者销售范围。

（医疗设备：生产商提供 ①医疗器械注册证或备案凭证、②医疗器械生产企业许可证等相关证明材料（如有）；代理商提供 ①医疗器械经营许可证（备案凭证）、②产品授权委托书（授权时间为1年（含）以上的三级以内（含三级）授权委托书或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书、③产品医疗器械注册证或备案凭证、④产品生产商的医疗器械生产企业许可证等相关证明材料（如有）。

非医疗设备：生厂商提供相关资质资质（营业执照、国家和军队规定的经营许可和必备资质证书）等材料（如有）；代理商提供具有三级以内（含三级）产品授权委托书（授权时间为1年（含）以上的代理授权）或生产企业（全国（大区）总代理）出具的针对本项目的专项授权书等相关证明材料及生厂商相关资质资质（营业执照、国家和军队规定的经营许可和必备资质证书）等材料（如有）

注：以上资料如存在其他语言书写的情况，必须同时提供中文译文。申领文件提供资料不作为通过资格审查依据。

（四）申领方式：采取线下发售方式。投标人携带资料现场报名。

（五）招标文件售价：300元/包，售后不退。

## 二、投标开始和截止时间及地点、方式

- (一) 投标开始时间：2023 年 09 月 12 日 09 时 00 分（北京时间）。
- (二) 投标截止时间：2023 年 09 月 12 日 09 时 30 分（北京时间）。
- (三) 投标地点：西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼（详见指示牌）。
- (四) 投标方式：由投标供应商法定代表人或授权代表现场递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

### 三、开标时间、地点

- (一) 开标时间：2023 年 09 月 12 日 09 时 30 分（北京时间）。
- (二) 开标地点：西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼（详见指示牌）。

### 四、本采购项目相关信息在《军队采购网》（[www.plap.cn](http://www.plap.cn)）、《陕西采购与招标网》

（[www.sntba.com](http://www.sntba.com)）、某大学校园网（[www.fmmu.edu.cn](http://www.fmmu.edu.cn)）、某医院门户网站（<http://xjwww.fmmu.edu.cn/xj986>）。

### 五、招标人联系方式

联系人：任老师

电话：029-84756193

### 六、招标代理机构联系方式

代理机构名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

联系人：钞小龙

电话：18191792135

地址：西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 层（详见指示牌）

### 七、监督部门联系方式

联系人：周老师

办公电话：029-84756028

### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

### 九、联系方式

招标人：某医院

地址：陕西西安

联系人：任老师

电话：029-84756193

电子邮件：/

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地 址：陕西省西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 楼

联 系 人：钞小龙

电 话：18191792135

电子邮件：859937331@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：钞小龙（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

# 设备技术参数

设备名称	肺功能测试系统		
预算金额	49.8 万元人民币	设备数量	1 套
是否必须进口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否免税 (进口设备填写)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>设备功能要求</b>			
具备常规肺通气功能、多频脉冲振荡法气道阻力的测试功能、支气管舒张试验的测试功能			
<b>软硬件配置清单</b>			
序号	描述	数量	
1	主机模块	1 套	
2	台车	1 台	
3	台式电脑	1 台	
4	黑白激光打印机	1 台	
<b>技术参数要求</b>			
序号	指标名称	技术参数	
★1	气道阻力测试	多频脉冲振荡技术检测呼吸总阻抗、中心气道阻力和总气道阻力、周边弹性阻力和响应频率、阻抗容积图	
★2	通气功能测试	包含流速容量环等测试功能	
★3	支气管反应测试	支气管舒张试验方法	
4	流速传感器工作原理	压差式、涡轮式或超声式	
#5	呼吸流量测定范围	(0-18) L/s	
#6	呼吸流量测定分辨率	≤10ml/s	
#7	呼吸流量测定精度	精度范围: (0.2-10) L/s 精度: ±2%	
#8	呼吸容量测定范围	(0-18) L	
#9	呼吸容量测定分辨率	1ml	
#10	呼吸容量测定精度	±3%	

#11	IOS 平静呼吸口压测定范围	(-1.5-1.5)kpa
12	IOS 平静呼吸口压测定分辨率	0.003KPa
#13	台车	同品牌原装台车，前后有防尘柜门，键盘托架可 360° 旋转，带上下左右移动调节的支撑臂
#14	后期升级功能	具备后期药物激发试验测试模块的升级功能
★15	软硬件配置	1、主机模块 1套 2、台车 1台 3、台式电脑 1台 4、黑白激光打印机 1台
<b>售后服务要求（每一项都是“★”）</b>		
1	质保期	整机原厂质保≥3年
2	备件库	厂家或供应商西安有备件库
3	维修站	厂家或供应商西安有维修站
4	收费标准	质保期外免人工费，专用配件成本费供应
5	培训支持	厂家提供技术支持，提供系统培训，48小时无法修复提供备用机
6	维修响应	响应时间≤2小时，到达现场时间≤12小时
7	到货时间	合同签订后30天

说明：功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“#”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“#”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。