

南阳理工学院化学工程技术实验中心补充建设项目成交补充公告

(招标编号: HNMH-2024-12)

一、内容:

南阳理工学院化学工程技术实验中心补充建设项目成交补充公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: HNMH-2024-12
- 2、采购项目名称: 南阳理工学院化学工程技术实验中心补充建设项目
- 3、采购方式: 询价
- 4、公告日期及发布媒介: 2024年07月31日《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标服务平台》

二、补充信息:

- 1、补充事项: 成交结果公告

2、原成交公告补充内容:

附件一: 河南迪焱仪器有限公司分项报价一览表

附件二: 河南迪焱仪器有限公司《中小企业声明函》

三、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 南阳理工学院

地址: 南阳市长江路 80 号

联系人: 祁老师

联系方式: 0377-62075392

2、采购代理机构信息(如有)

名称: 河南明华工程管理有限公司

地址: 南阳市张衡东路福润花园金苑商务楼1708室

联系人: 王先生

联系方式: 15688182668

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：南阳理工学院

地 址：南阳市宛城区长江东路80号

联 系 人：祁老师

电 话：0377-62075392

电子邮件：306321353@qq.com

招标代理机构：河南明华工程管理有限公司

地 址：南阳市张衡东路福润花园金苑商务楼1708室

联 系 人：王先生

电 话：15688182668

电子邮件：1795630834@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件一：河南迪焱仪器有限公司分项报价一览表

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、售后服务计划

5.1、分项报价一览表

项目名称：南阳理工学院化学工程技术实验中心补充建设项目 项目编号：HNMI-2024-12

序号	名称	型号及技术参数	数量(台/套)	单价(元)	小计(元)	交货安装时间
1	智能控温磁力电热套搅拌器	天津泰斯特98-II-CN 技术参数： 1、控温精度：±1℃ 2、控温范围：室温-300℃ 3、搅拌容量：500mL 4、控温方式：智能 5、转速r/min：1800 6、活锅，活套，智能调温	12	800	9600	合同签订180日内供货安装完毕
2	集热式磁力搅拌器	巩义予华DF-101S 技术参数： 1、搅拌容量：最大2000 ml 2、搅拌速度：无级调速0-2600 3、加热温度：室温-400℃ 4、控温方式：数显自动	12	850	10200	合同签订180日内供货安装完毕
3	电子天平	福建华志HZK-FA120 技术参数： 1、最大量程：120g 2、精度：≤0.1mg 3、灵敏度温度系数（10-30℃）：±2ppm/℃ 4、输出接口：RS232(D-Sub9P)、USB设备 5、电源：7VA	3	5000	15000	合同签订180日内供货安装完毕
4	电子天平	福建华志TP-A200 技术参数： 1、秤盘尺寸：125mm	6	700	4200	合同签订180日内供货安装

58

		2、校准方式：外部校准 3、精度：≤10mg 4、称量范围：200g				完毕
5	数显粘度计	上海折牛NDJ-5SN 技术参数： 1、测量范围：1-10MPa·s 2、转子规格：标配（1-4号）转子 3、测量精度：±1F·s 4、测温范围：0-99℃	2	2800	5600	合同签订180日内供货安装完毕
6	电动搅拌器	上海力辰LC-OES-120 技术参数： 1、功率：≥120W 2、转速范围：100-2000转/分，可调 3、配聚四氟乙烯搅拌棒	16	800	12800	合同签订180日内供货安装完毕
7	恒温水浴锅	中兴伟业DZKW-4 技术参数： 1、单孔单列 2、操作室尺寸(mm)：160×160×130 3、功率(KW)：≤0.3 4、温控范围及温度误差：RT+5-100℃，±1℃	8	600	4800	合同签订180日内供货安装完毕
8	超级恒温水浴	中兴伟业HH-501 技术参数： 1、控温范围：室温-85℃ 控温方式：PID智能控制 2、分辨率：≤0.01℃ 3、水浴容量：15L 4、流量：5L/分	2	3200	6400	合同签订180日内供货安装完毕
9	超声波清洗器	昆山舒美KQ5200E 技术参数： 1、容量：10(L) 2、超声频率：40 (KHz) 3、超声功率：200 (W) 4、加热功率：400 (W) 5、温度可调：0-80 (℃) 6、时间可调：1-60 (min)	3	3000	9000	合同签订180日内供货安装完毕

59

10	高速离心机	上海安亭TGL-16C 技术参数: 1、最高转速: 16500rpm(转/分) 2、最大相对离心力: 18080(×g) 3、最大容量: 7ml*8/ 1.5ml*12 4、转子规格: 1.5ml×12; 7ml×8 5、定时范围: 0min~90min	3	3200	9600	合同签订 180日内 供货安装 完毕
11	台式离心机	湖南湘仪TG16-WS 技术参数: 1、最高转速 16000r/min 2、最大相对离心力 21532×g 3、最大容量 6×50ml 4、转速精度 ±30/min 5、定时范围 1min~99min 6、整机噪声 ≤62dB(A) 7、角转子: 6×30ml, 最高转速(7/min) 12000, 最大相对离心力(×g): 14800	4	8000	32000	合同签订 180日内 供货安装 完毕
12	真空旋转蒸发仪	上海亚荣RE-52AA 技术参数: 1、主机: 0-150转/分, 电子无级调速, 微电机驱动, 上下自动升降 冷却器: 立式, 附加料管, 大冷凝管, 大蒸发管 2、收集瓶24口500ml一个, 旋转瓶(茄形)500ml一个 3、温度: 自动控制室温-99度数字显示 4、加热锅: 不锈钢特氟隆复合锅配透明防护罩 5、输入功率: ≥1000W 6、有全透明防护罩, 主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造	6	7000	42000	合同签订 180日内 供货安装 完毕
13	循环水真空泵	巩义予华SHZ-D(III) 技术参数 1、环境温度 15~35℃ 2、功率: 180W 3、流量: 80 (L/min) 4、最大真空度: 0.098 Mpa 5、单头抽气量: 10 (L/min) 6、抽气头数: 2 7、有逆流防止阀	9	1000	9000	合同签订 180日内 供货安装 完毕

60

14	电热鼓风干燥箱	8、水箱容积: 15L 天津泰斯特101-0DB 技术参数: 1、控温范围: 室温+10-200℃ 2、定时范围: 0-9999min 3、控温精度: ≤0.1℃ 4、温度波动: ±1℃	3	2600	7800	合同签订 180日内 供货安装 完毕
15	紫外-可见分光光度计	上海美析UV-1100PC 技术参数: 1、光路结构: 双光束比例监测系统 2、波长范围: 200~1000nm 3、光谱带宽: 4nm 4、波长准确度: ±2.0nm (开机自动校准) 5、波长重现性: ≤0.2nm 6、透射比准确度: ±0.5% τ 7、透射比重复性: 0.15% τ 8、杂散光: ≤0.05% τ (220nm NaI, 340nm NaNO ₂) 9、稳定性: 0.001A/h (500nm预热后) 10、测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量 11、波长调节: 自动调节 12、光度范围: 0.3~3A 13、检测器: 进口硅光二极管*2 14、光源: 进口钨灯, 进口钨灯 15、可断电保存测量参数和数据 16、先进的稳压电源匹配技术, 机器在操作过程中灯源电压始终保持在稳定状态, 17、采用了双排风系统 18、机器采用一体式防震紧固底盘, 底盘上安装20mm铸铝板 19、仪器所需型号的配件在以后的5年内都可以购买的到	3	9500	28500	合同签订 180日内 供货安装 完毕
16	pH计	福建华志HZP-T502 技术参数: 1、支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 2、支持IP54防护等级 3、标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲剂 4、支持平衡测量模式和连续测量模式	6	1600	9600	合同签订 180日内 供货安装 完毕

61

		5、支持手动温度补偿,支持1-3点pH电极标定 6、自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液 7、仪器级别 0.01级 8、最小分辨率 0.01pH 9、pH范围: (-2.0~18.0) pH 10、电子单元示值误差: ±0.01 pH				
17	真空干燥箱	中兴伟业DZF-6020AB 技术参数: 1、真空度: 133Pa 2、温度波动度: ±1℃ 3、控温范围: 室温+10-200℃ 4、工作室尺寸: 300×300×275mm	3	3800	11400	合同签订 180日内 供货安装 完毕
18	隔膜真空泵	巩义予华YH-700 技术参数: 1、额定电压/频率: 220V/50Hz 2、额定转速: 1390r/min 3、使用环境温度: 5-40℃ 4、极限真空度: 700Pa 5、容积流量: 55L/min	3	2600	7800	合同签订 180日内 供货安装 完毕
19	药材粉碎机	温岭奥力AK-35 技术参数: 1、转速: 2880r/min 2、粉碎程度: 60-160目 3、额定功率: 3000W 4、药仓直径: 17.6cm 5、粉样仓: 六锤双腔	1	3200	3200	合同签订 180日内 供货安装 完毕
20	立式冷冻干燥箱	上海叶拓YTLG-12B 技术参数: 1、手动压盖 2、冻干面积: 0.08m ² 3、冷阱温度: -60℃ 4、抽水量: 4kg/批 5、达标真空度: 5Pa (空载) 6、极限真空度: 2 Pa	1	16000	16000	合同签订 180日内 供货安装 完毕

62

		7、物料托盘: 180mm共3层 8、整机功率: 主机1300W (标配真空泵370W) 9、使用环境: 环境温度-30℃ 标配: 真空泵1个, KF25卡箍2个, KF真空软管1根				
21	罗氏泡沫仪	北京凯兴德茂2152 技术参数: 1、2152型 2、不锈钢量管: 不锈钢、黄铜 3、分液漏斗: 500ml或1000ml 4、夹套量筒: 0-1500ml 5、滴液管全长: 0-300mm 6、由分液漏斗和夹套量筒两部分组成	2	2500	5000	合同签订 180日内 供货安装 完毕
22	荧光白度计	北京康光WSD-3U 技术参数: 1、测量孔径: Φ18 毫米测孔 2、测试范围: 0-199 3、灵敏度: 近似于CIE 1964 等色函数 4、校正基准: 国家标准白色校正板 5、照测条件: 标准D65光源和2°标准观察者 6、表色参数: 颜色坐标L*, CIE XYZ表色系统 7、白度: CIE86白度W _g 和Tw值、R457白度W _r 值、Hunter白度Wh值、GB5950白度W _j 值、Stensby白度W _s 值、stephansen白度W _p 值、陶瓷黄白度W _{ty} 值、蓝白度W _{tb} 值 8、重复精度: ΔW≤±0.2 9、示值误差: W≤±1.0 10、使用温度范围: (15~40)℃ 11、保存温度范围: (0~50)℃	1	8000	8000	合同签订 180日内 供货安装 完毕
23	洗衣机	海尔XQBM30-218 技术参数: 1、能效等级: 三级能效 2、高度: 70.1-75cm 3、宽度: 50cm以下 4、排水方式: 下排水 5、深度: 50.1cm以下	1	800	800	合同签订 180日内 供货安装 完毕
24	低温反应浴	巩义予华DFY-5L/80	1	14000	14000	合同签订

63

		技术参数: 1、全封闭压缩机、循环水泵。 2、制冷机组含继电器、保护器、电容器、制冷部件。 3、数显温度显示、微电脑控温。 4、自带磁力搅拌功能、加热功能、外部循环功能。 5、保护功能: 压力保护、过流保护、过热保护。 6、储液容积: 5L 7、空载调节范围-83~98℃ 8、控温精度±0.1℃ 9、制冷量(W) 1938~2000 10、流量: 35L/min 11、扬程4~6 m				180日内 供货安装 完毕
25	玻璃气流烘干机	巩义予华KQ-C20 技术参数: 1、进风温度40-120℃ 2、风管数量: 20根 3、外型尺寸φ400*400mm 4、功率: 0.8 (kW) 5、干燥时间8-10min	1	650	650	合同签订 180日内 供货安装 完毕
26	不锈钢升降台	北京中兴SJT-200 技术参数: 台面尺寸(L×W): 200×200 (mm)	6	120	720	合同签订 180日内 供货安装 完毕
27	电动大容量移液器/助吸器	北京大龙Levo Plus 技术参数: 1、移液管种类: 塑料管或玻璃管 (0.1-100ml); 巴斯德消毒管 2、大功率马达可快速充满100ml液体 3、锂电池, 可间歇工作8小时, 充电时间2-3小时 4、过滤≥0.45 μm, 疏水性滤膜 5、液晶大屏幕显示≥8个速度档和电量信息 6、指尖控制的吸液和分液按钮 7、采用PVDF材料 8、有电力不足时警告功能 9、配相应充电器	10	850	8500	合同签订 180日内 供货安装 完毕
28	冰箱	海尔BCD-519WLHSEDX9	1	4000	4000	合同签订

64

		技术参数: 1、总容积: 515L 2、冷冻室容积: 172L 3、冷藏室容积: 319L 4、总容量: 515L 5、一级能效				180日内 供货安装 完毕
29	H型可换膜电解池	高仕睿联(天津)光电科技C007-1 技术参数: 1、单池容积: 150ml (单层) 盖子材料: 聚四氟乙烯耐酸碱腐蚀 标准型: 2、左边盖子: 2个6mm电极孔, 2个3mm气孔 (配进出气管) 3、右边盖子: 1个6mm电极孔, 2个3mm气孔 (配进出气管)	1	2500	2500	合同签订 180日内 供货安装 完毕
30	导柱桌虎钳	潍坊金泰来COV-3 技术参数: 1、规格: 3寸/75mm 2、开口度: 68mm 3、喉深: 40mm	2	200	400	合同签订 180日内 供货安装 完毕
31	电导率仪	福建华志HZPD-T503 技术参数: 1、仪器级别: 0.5级 2、测量参数: 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 3、测量范围: 电导率 0.000 μS/cm~3000 μS/cm, 电阻率 5.00 Ω·cm~100.0M Ω·cm, TDS 0.000mg/L~1000g/L, 盐度 (0.00~8.00) %, 温度 (-5.0~135.0) °C 4、基本误差: 电导率±0.5%FS, 电阻率±0.5%FS, TDS ±0.5%FS, 盐度±0.1%, 温度±0.1℃	2	4000	8000	合同签订 180日内 供货安装 完毕
32	红外快速恒温干燥箱	上海互佳WS70-1 技术参数: 1、功率: 550W (灯泡275W*2只) 2、温度范围: 0-200度 3、绝缘电阻: 10M Ω	4	800	3200	合同签订 180日内 供货安装 完毕
33	化学品安全防爆柜	无锡赛弗BE044 技术参数: 全部双层防火钢板构造, 两层钢板之间相隔有≥38mm的绝缘层, 厚	3	3600	10800	合同签订 180日内 供货安装

65

		度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接；采用双GA锁具三点联动式门锁（机械防撬锁符合GA/T 73的相关规定），不转动把手也可保证完全闭合，并实现双锁控制；钢琴式铰链平滑关闭，启闭180度；柜门配有双钥匙（钥匙专锁专配非通用），实现双人双锁安全管理 2、≥50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；专业规范的警示标签；装有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重≥100kg；柜子内外都喷涂有环氧树脂电喷涂 3、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口 4、外部尺寸：H1800*W900*D450mm；内部尺寸：H1700*W820*D350mm；层板尺寸：W818*D350*H25mm；容积：44/160（加仑/升）；105kg 5、开门方式：手动/自动；层板：四板可调；门型：双门；锁具：GA双锁 6、颜色：黄色（环氧树脂喷涂）				完毕
34	电路改造	河南锦鲤 技术参数： 1、6平方铜线400米，4平方铜线100米，2.5平方铜线50米 2、每个房间设5孔10A插座29个（东4南6西10北8，长明插座1个），380V空气开关（带盒五线），双路开关1个（灯） 3、每个房间设24位钢制配电箱一套，空气开关5个，C63总开关1个，C40带漏保3个、15个插座用1个，C20带漏保1个（常明插座用） 4、每个房间线槽50米及辅料，每个房间T8双管荧光灯LED60W，金属吊杆固定	1	15400	15400	合同签订180日内供货安装完毕
35	墙面粉刷	河南锦鲤 技术参数： 2214, 2216 1、墙面基层铲除、修补，钢化仿瓷涂料（含室内保洁） 2、白板4米*1.2米，强磁面板 2218 3、墙面基层铲除、修补，钢化仿瓷涂料（含室内保洁） 4、白板4米*1.2米，强磁面板 5、墙边柜打磨、喷漆、修理面板及柜门 6、顶面吊筋拆除，及收边条拆除，补踢脚线	1	28000	28000	合同签订180日内供货安装完毕
36	水路改造	河南锦鲤	1	3000	3000	合同签订

66

		技术参数： 1、每个房间20PPR三通1个、弯头1个、PPR角阀1个 2、每个房间20PPR管3米及辅料，50PVC三通1个、弯头1个、50PVC管3米及辅料，搬运、连接通风柜水路，根据现场情况改造中央台水路，为通风柜连接水路，配止水阀门				180日内供货安装完毕
37	中央台	河南锦鲤 技术参数： 尺寸4200mm*1500mm*800mm 4台，4000mm*1500mm*800mm 2台 2、台面 采用≥12.7mm厚实芯理化板，外缘双层贴边加厚至25.4mm厚，磨边处理；黑色 台面材料必须符合以下技术参数及要求： (1) 环保性能要求：甲醛检测合格报告（检测方法：气候箱检测方法，测试结果≤0.06mg/m ³ ） (2) 物理性能要求：燃烧性能：国家标准（GB/T8624-2012）达到B1级； 表面耐干热性能：国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准； 表面耐香烟灼烧，国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准； 耐沸水性能表面质量，参照国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准； (3) 化学性能要求：耐化学腐蚀性性能优越，检测方法参照GB/T 17657-2013，其中包含常规试剂37%盐酸、50%硝酸、98%硫酸、次氯酸钠、环己胺、无水乙醇、丙酮、高氯酸、乙二醇、丙酮、液体石蜡、环己酮、吡啶、三氯乙烯、乳酸、无水乙醚、苯乙腈、磷酸、氢氟酸、氢溴酸等酸碱试剂。 需提国家承认的检测机构颁发的检测报告，并加盖公章。 (4) 表面易清洁，抑制细菌生长，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.5，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.2，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥6.0，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥1.6，肠沙门氏菌肠亚种的抗菌活性值 ≥ 4.1。 需提国家承认的检测机构颁发的检测报告，并加盖公章。 3、柜体五金及配件 整体采用标准18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作，采用高压蒸汽热熔粘胶技术，全部侧面PVC热熔胶防水封边处理；颜色：灰白框架（钢架）采用40*60*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管	6	8000	48000	合同签订180日内供货安装完毕

67

		<p>，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化</p> <p>阻尼铰链：开启角度110° 阻尼铰链，承重可达100-200kg；</p> <p>4、拉手：一字PP拉手</p> <p>地脚：采用12mm大尼龙可调地脚。阻尼滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨</p> <p>5、柜体结构：柜体为拆装式设计，以二合一扣件连接板件</p> <p>6、试剂架</p> <p>2650mm*300mm*750mm立柱采用80mm*42mm*1.2mm的铝合金专用型材，挡条采用40mm*15mm*1mm的铝合金专用型材，支撑件采用1.2mm厚的冷轧钢板冲压成型，中央实验台用的宽为300mm。支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。固定件采用4mm厚的合金件。电源盒采用防溅结构。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝；层板采用8mm钢化玻璃。试剂架每根立柱配2个五孔防尘防溅插座，整组试剂架分三位共4根立柱合计配8个插座</p> <p>7、水盆及附件：550mm*450mm*310mm采用PP材质，台下托底式安装；水龙头：出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金型，表面并经烤漆喷涂处理。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可适配各种特殊用水水管</p> <p>8、挡水条：1500mm*80mm黑色理化板材质</p> <p>9、滴水架：PP材质，单面≥27mm</p>				
38	边台	<p>河南锦鲤</p> <p>技术参数：</p> <p>1、尺寸：4000mm*750mm*800mm</p> <p>2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板，耐硫酸（98%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氨水（28%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、双氧水（30%）、硫化钠饱和液、苯酚、甲醛溶液（37%）5级，氢氟酸（40%）1级，外缘双层贴边加厚至25.4mm厚，磨边处理；黑色</p> <p>3、柜体五金及配件</p> <p>整柜体采用标准18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板加工制作，采用高压蒸汽热熔粘胶技术，全部截面PVC热熔胶防水封边处理；颜色：</p>	3	4000	12000	合同签订180日内供货安装完毕

68

		<p>灰白框架（钢架）采用40*60*1.2厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂</p> <p>阻尼铰链：开启角度110° 阻尼铰链，承重可达100-200kg</p> <p>4、拉手：一字PP拉手；地脚：采用12mm大尼龙可调地脚。阻尼滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨</p> <p>5、柜体结构：柜体为拆装式设计，以二合一扣件连接板件</p>				
39	通风柜	<p>河南锦鲤</p> <p>技术参数：</p> <p>1、主体框架左右旁板、前钢板、下柜体均采用（裸板）≥1.2mm厚钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂及高温固化；顶板≥7mm厚实芯抗倍特板</p> <p>2、内衬板、导流板、后背板采用≥4mm厚实芯抗倍特板。导流板为三段式结构，导流板固定件使用PP材质制作一体成型；移动视窗门框及拉手为铝合金型材，表面经环氧树脂粉末静电喷涂及高温固化。框内嵌≥4mm钢化玻璃，门开启高度≥740mm，自由升降，上下滑动装置采用同步轴轮皮带式结构，移门导向装置由聚乙烯稀材质构成</p> <p>3、台面采用实芯理化板（≥12.7mm厚），甲醛达到E1级别标准；连接部分所有的内部连接装置都需隐蔽布置和抗腐蚀，外部连接装置为不锈钢部件与非金属材料；排水口采用PP注塑模具一体成型，出风口直径≥250mm圆孔，套管连接</p> <p>4、桌面式水，水路配有进口一次性成型PP小水槽，单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜台左侧</p> <p>5、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，支持动风阀6秒快开）8个按键电流、电压、确定、照明、备用、风机、风阀+V-键；照明LED白光快速启动类型，安装在通风柜顶部；插座配有四个10A 220V五孔多功能插座</p> <p>6、线路使用2.5平方铜芯电线；总开关32A漏电保护断路器；上柜内右侧预留检修窗，左右旁板各预留≥2个孔。配套电动风阀及铝箔软管，配套上下水</p>	2	7000	14000	合同签订180日内供货安装完毕
40	PP试剂柜	<p>河南锦鲤</p> <p>技术参数：</p> <p>1、尺寸：900*450*1800mm</p> <p>2、采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成</p> <p>3、柜体：柜体采用无缝焊技术</p>	3	2800	8400	合同签订180日内供货安装完毕

69

	<p>4、层板：采用厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置。上面两层，下面一层：配加强筋，防止层板变形</p> <p>5、视窗：采用≥5mm钢化玻璃制作</p> <p>6、门把手、门合页：耐酸碱PP材质</p>				
<p>报价金额合计（大写）：肆拾肆万玖千捌佰柒拾元整（¥：449870.00元）</p>					

供应商名称（公章）：河南迪焱仪器有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2024年07月31日



附件二：河南迪焱仪器有限公司《中小企业声明函》

七、供应商认为需要的其他文件资料

7.1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）南阳理工学院的（项目名称）南阳理工学院化学工程技术实验中心补充建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称）智能控温磁力电热套搅拌器；电热鼓风干燥箱，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）天津市泰斯特仪器有限公司，从业人员99人，营业收入为1836.485356万元，资产总额为2569.036898万元，属于小型企业（~~中型企业~~、~~小型企业~~、~~微型企业~~）；
- 2.（标的名称）集热式磁力搅拌器；循环水真空泵；隔膜真空泵；低温反应浴；玻璃气流烘干器，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）巩义市予华仪器有限责任公司，从业人员256人，营业收入为9900万元，资产总额为4400万元，属于小型企业（~~中型企业~~、~~小型企业~~、~~微型企业~~）；
- 3.（标的名称）电子天平；pH计；电导率仪，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）华志（福建）电子科技有限公司，从业人员86人，营业收入为5889万元，资产总额为3500万元，属于小型企业（~~中型企业~~、~~小型企业~~、~~微型企业~~）；
- 4.（标的名称）数显粘度计，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）上海析生莱伯仪器有限公司，从业人员46人，营业收入为2000万元，资产总额为1600万元，属于小型企业（~~中型企业~~、~~小型企业~~、~~微型企业~~）；
- 5.（标的名称）电动搅拌器，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）上海力辰邦西仪器科技有限公司，从业人员16人，营业收入为237万元，资产总额为85万元，属于微型企业（~~中型企业~~、~~小型企业~~、~~微型企业~~）；

6. (标的名称) 恒温水浴锅; 超级恒温水浴; 真空干燥箱; 不锈钢升降台, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 北京中兴伟业世纪仪器有限公司, 从业人员 40 人, 营业收入为 600 万元, 资产总额为 2300 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
7. (标的名称) 超声波清洗器, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 昆山市超声仪器有限公司, 从业人员 128 人, 营业收入为 4200 万元, 资产总额为 6760 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
8. (标的名称) 高速离心机, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 上海安亭科学仪器厂, 从业人员 150 人, 营业收入为 1500.21 万元, 资产总额为 1100.02 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
9. (标的名称) 台式离心机, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司, 从业人员 112 人, 营业收入为 14779.62 万元, 资产总额为 17200.94 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
10. (标的名称) 真空旋转蒸发仪, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 上海亚荣生化仪器厂, 从业人员 68 人, 营业收入为 2700 万元, 资产总额为 3250 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
11. (标的名称) 紫外-可见分光光度计, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 上海美析仪器有限公司, 从业人员 14 人, 营业收入为 1243.22 万元, 资产总额为 1300.41 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
12. (标的名称) 药材粉碎机, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 温岭市奥力中药机械有限公司, 从业人员 30 人, 营业收入为 500 万元, 资产总额为 300 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);
13. (标的名称) 立式冷冻干燥箱, 属于(采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为(企业名称) 上海叶拓科技有限公司, 从业人员 50 人,

营业收入为3000万元，资产总额为5000万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.（标的名称）罗氏泡沫仪，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）北京凯兴德茂仪器设备有限公司，从业人员24人，营业收入为108.32万元，资产总额为142.37万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.（标的名称）荧光白度计，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）北京京仪康光光学仪器有限公司，从业人员10人，营业收入为180万元，资产总额为55万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.（标的名称）洗衣机；冰箱，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）海尔集团公司，从业人员275人，营业收入为35683.12万元，资产总额为53216.03万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.（标的名称）电动大容量移液器/助吸器，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）大龙兴创实验仪器(北京)股份公司，从业人员300人，营业收入为37578.68万元，资产总额为85554.69万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.（标的名称）H型可换膜电解池，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）高仕睿联（天津）光电科技有限公司，从业人员30人，营业收入为1500.36万元，资产总额为763.93万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.（标的名称）导柱桌虎钳，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）潍坊金泰来台钳制造有限公司，从业人员86人，营业收入为1184.03万元，资产总额为1087.76万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.（标的名称）红外快速恒温干燥箱，属于（采购文件中明确的所属行业）制造业行业；制造商为（企业名称）上海互佳仪器设备有限公司，从业人员50人，营业收入为2000万元，资产总额为500万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

21. (标的名称) 化学品安全防爆柜 , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为 (企业名称) 无锡赛弗安全装备有限公司 , 从业人员 87 人, 营业收入为 3435.82 万元, 资产总额为 8389.20 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

22. (标的名称) 电路改造; 墙面粉刷; 电路改造 , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为 (企业名称) 河南锦鲤实业有限公司 , 从业人员 36 人, 营业收入为 1700 万元, 资产总额为 300 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

23. (标的名称) 中央台; 边台; 通风柜; PP试剂柜 , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 制造业 行业; 制造商为 (企业名称) 河南锦鲤实业有限公司 , 从业人员 36 人, 营业收入为 1700 万元, 资产总额为 300 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):  河南迪焱仪器有限公司

日期: 2024年07月31日

备注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。