

淇县特种尼龙产业园公共服务中心暨双创孵化基地设备采购项目变更公告

(招标编号: QXCG-2024-0098)

一、内容:

淇县特种尼龙产业园公共服务中心暨双创孵化基地项目设备采购变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号: QXCG-2024-0098
- 2、原公告的采购项目名称: 淇县特种尼龙产业园公共服务中心暨双创孵化基地项目设备采购
- 3、首次公告日期及发布媒介: 2024年3月1日, 《河南省电子招标投标公共服务平台》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间): 2024年3月22日9时00分(北京时间)

二、更正信息

- 1、更正事项: 采购文件
- 2、原采购文件内容:
第四章 采购需求及技术参数 二、采购项目技术参数

更正为

清单及参数详见变更公告下方附件

三、其他补充事宜

- 1、其他内容不变, 本公告作为本项目招标文件的组成部分。
- 2、关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况, 均在招标公告发布的同一媒介进行公告, 同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“更正公告”形式告知各潜在投标人, 各潜在投标人应及时关注并下载“更正公告”; 各潜在投标人可在获取招标文件有效时间内自行下载招标文件, 因鹤壁市政府采购交易系统在开标前具有保密性, 各潜在投标人在“提交投标文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等, 因投标人未及时查看造成的后果由投标人自己承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：河南虹驰实业有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇县桥盟乡纬六路1号

联系方式：王先生 19839236018

2. 采购代理机构信息

名 称：淇县欣荣工程管理服务有限公司

地 址：淇县太行大道与竹园南路交叉口东北角财富广场3楼

联系方式：胡女士 15839252760

3. 项目联系方式

项目联系人：胡女士

电 话：15839252760

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：河南虹驰实业有限公司

地 址：鹤壁市淇县桥盟乡纬六路1号

联 系 人：王先生

电 话：19839236018

电子邮件：/

招标代理机构：淇县欣荣工程管理服务有限公司

地 址：鹤壁市淇县人民路东段路北财政局院内8008室

联 系 人：胡女士

电 话：15839252760

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

淇县特种尼龙产业园公共服务中心暨双创孵化基地项目设备采购变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：QXCG-2024-0098
- 2、原公告的采购项目名称：淇县特种尼龙产业园公共服务中心暨双创孵化基地项目设备采购
- 3、首次公告日期及发布媒介：2024年3月1日，《河南省电子招标投标公共服务平台》、《鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)》
- 4、原投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2024年3月22日9时00分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：采购文件

2、原采购文件内容：

第四章 采购需求及技术参数 二、采购项目技术参数

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	张力仪	1. 温度范围：10-45℃ 2. 空气湿度：最大相对湿度85% 3. 重量：大约500g 4. 精确度：± 1% 5. 采样速率：大约5kHz 6. 测量偏移量：0.5mm	台（套）	1
2	纱线捻度仪	1-9999.9捻/0.01捻	台（套）	1
3	差示扫描量热仪	★1. 温度范围：-40℃-600℃ ★2. 升温速率：0.001℃/min -100℃/min 降温速率：0.001℃/min-100℃/min 3. 传感器：热流型 ★4. 量热范围：± 650mW 5. 温度精度：0.1℃ 6. 热焓精度：< 1%（标准金属）；< 2%（绝大多数材料） 7. 气氛：氧化性，惰性（静态，动态）	台（套）	1

4	密度测试仪	1. 称量精度：0.005-300g 2. 密度显示：0.001g/cm ³	台（套）	2
5	塑料球压痕硬度仪	1. 初负荷：球压痕：9.8 洛氏：98.07N 2. 试验负荷：球压痕：49N、132N、358N、612N、961N 洛氏：588.4N、980.7N 3. 压头直径：球压痕：Φ5mm 洛氏：Φ6.35mm 4. 试样高度：4mm	台（套）	2
6	试验机	★1. 最大试验力：20kN ★2. 试验机准确度等级：1级 3. 试验力测试范围：0.2-100%FS全程不分档 ★4. 试验力示值相对误差：示值的±1%以内 5. 试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变） 6. 变形测量范围：0.2%-100%FS 7. 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内 8. 变形分辨力：最大变形量的1/±300000 9. 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内 10. 位移分辨率：0.03 μm 11. 有效拉伸空间（带夹具）：850mm 12. 有效实验宽度：400mm 13. 电源：220V±10%；400/1000w	台（套）	1
7	恒温恒湿试验箱	1. 容积：150L 2. 温度范围：-40℃-150℃ 3. 温度精度：±0.5℃ 4. 温度均匀性：±2℃ 5. 控湿范围：20%~98%RH 6. 湿度精度：±0.1%RH 7. 湿度均匀性：±3%RH	台（套）	1
8	分光仪	1. 可重复性（白片）：0.01 RMS ΔE 2. 仪器台间差：平均值0.08 ΔE 3. 光源：脉冲氙D65校准 4. 光谱范围：360纳米-780纳米 5. 波长准确度：<0.1纳米 6. 波长精密度：<0.05纳米 7. 光度测量范围：0.0%-200%反射率 8. 光度测量分辨率：0.001%	台（套）	1
9	水分测定仪	1. 模式：KFC：库伦法KF滴定 2. 终点指示：电位法，交流指示1p01:2, 5, 20, 20或30 μA可调节 3. 碘产生：再生电极电流，100、200、400, mA 4. 滴定速度：最大2.24mgH ₂ O/min ★5. 测定范围：10 μg-200mg/H ₂ O ★6. 精度：±3 μg（H ₂ O：10 μg-1000 μg）；≤0.3%（H ₂ O>1000 μg）	台（套）	1
10	可程式恒温恒湿试验箱	1. 温度：-40℃— +150℃ 2. 湿度范围：20-98%RH 3. 外箱尺寸：870*1800*1500mm 4. 电源：8KW/380V/50HZ	台（套）	1

11	手动镜检仪	1. 功率800w, 2. 电压220V 50HZ, 3. 尺寸650*680*950mm	台（套）	1
12	摆锤式冲击试验机 1	1.最大冲击能量：简支梁15J，悬臂梁4J 2.主机电源：交流单相220V±10%，50HZ，0.5KW	台（套）	1
13	缺口型制样机	1.试样类型：1型、2型、3型、4型 2.缺口类型：A、B、C1、C2型 3.电机转速：n=1440r/min 4.主机电源：交流单相220V±10%，5A，50HZ，0.5KW	台（套）	2
14	熔体流动速率试验机	1.温度范围：100-450℃ 2.温度误差：±0.5℃ 3.测定范围：0.1-100g/10min 4.主机电源：交流单相220V±10%，50HZ，1.5KW	台（套）	1
15	热变形维卡软化点试验机	1.温度控制范围：室温-300℃ 2.温度准确度：±0.5℃ 3.主机电源：380V±10%，50HZ，5KW	台（套）	1
16	电子数显固体密度仪	1.称量范围：0.005-300g 2.密度解析：0.001g/cm3	台（套）	1
17	快速水份干燥仪	1.称量范围：0.02-124g 2.称量精度：1mg/0.01%	台（套）	1
18	电热鼓风干燥箱（2-3层）	1.工作室尺寸：550*450*550 2.设计温度：10℃-300℃ 3.控温精度：1℃ 4.主机电源：交流单相220V±10V，50HZ，3KW	台（套）	1
19	水平垂直燃烧试验机	1.燃烧角度：0°、20°、45° 2.气体压力：0.1MPa 3.气体流量：105±5mL/min 965±30mL/min	台（套）	1
20	灼热丝试验仪	1.温度范围：550° C-960° C 2.温度精度：±5° C	台（套）	2
21	红外分析仪	1.光谱范围：7800~350 cm-1 2.分辨率：优于1.0 cm-1 3.波数精度：≤0.01cm-1 4.信噪比：优于30000:1（P-P值，4cm-1，一分钟扫描）45000:1（可选） 5.分束器：KBr基片镀锗 6.光源：高能量、高效率、长寿命陶瓷光源	台（套）	1
22	ROSH 试验仪	1.元素分析范围：从硫（S）到铀（U） 2.分析检出限：1ppm 3.分析含量：1ppm-99.99% 4.电源：220V±5V 5.能量分辨率：160±5eV 6.外观尺寸：550*416*333mm 7.样品腔尺寸：460*298*98mm	台（套）	1

23	TGA 热失重分析仪	1. 温度范围：23℃~1100℃ 2. 温度准确度：±1 K ★3. 温度精度：±0.4 K ★4. 升温速率：0.02 ~250 K/min 5. 降温时间：（1100 ~100 ℃）：20min 6. 氦气下降温时间（1100 ~100 ℃）：≤10min 7. 样品最大容量：100 μ l 8. 样品重量范围：0 ~1000mg 9. 天平分辨率：1 μ g 10. 天平灵敏度：0.1 μ g 11. 测量准确度：0.005% 12. 测量精度：0.0025%	台（套）	1
24	恒温恒湿箱	1. 温度范围：-5° C~80° C 2. 湿度范围：40%RH~85%RH 3. 温度精度：高温±0.5° C、低温±1.0° C 4. 湿度精度：±3.0%RH	台（套）	2
25	全自动强伸度 仪	1. 测试夹头移动速度：1-5000mm/min 2. 测试长度500mm时，最大伸度110% 3. 尺寸重量：高（H）1730*宽（W）910*深（D）700mm(公厘)，300Kg 230V 3A 50/60 HZ	台（套）	2
26	粘度仪	1. 量程范围：0-600 2. 精度：±0.01s	台（套）	1
27	测色仪	1. 量程范围：0-200% 2. 精度：0.01%	台（套）	1
28	折光仪	1. 环境温度：5-40℃ 2. 湿度：<90%	台（套）	1
29	长丝强力机	0-500N/±0.5%	台（套）	1
30	喷射式染色机	1. 正常染色能力：同时染二条长度小于45米 2. 使用环境温度：0-40℃； 3. 使用环境湿度：40%-90%PH 4. 染缸容积：0.45立方米 5. 建议染液设置的最高温度:100℃ 6. 供水要求：水压:>0.2MPa, 水质要求为软水（GB6508-86规定）	台（套）	1
31	染色实验编织 机	1. 转速：50-320； 2. 马力：120W 3. 装箱尺寸：宽80/深60/高120cm	台（套）	1
32	纱线样卡机	1. 电源：AC220V； 2. 尺寸：80*37*39mm； 3. 重量：35Kg	台（套）	1
33	缕纱测长机	电源：AC220V；尺寸：700*600*530mm重量：75Kg	台（套）	1
34	电子天平	可读性0.01mg	台（套）	3

35	搅拌机	1. 转速：50-250rpm 2. 最大载重：2.5kg 3. 外形尺寸（mm）：280*270*110	台（套）	2
36	酸度计	1. 尺寸：高度*宽度*长度：70mm*227mm*147mm 2. 环境条件：0-40℃； 3. 相对湿度：5%-85% 4. 额定功率：输入电压9-12V, 功率1W	台（套）	2
37	恩氏粘度计	1. 测定温度：（0-100）℃ 2. 控温精度：±0.2℃ 3. 标准水值：（51±1）秒 4. 外形尺寸：200mm*200mm*400mm	台（套）	1
38	手动滴定仪/分注器	0--20ml/0.001ml	台（套）	1
39	全自动单纱强力机	1. 型式：等速伸长型（CRE） 2. 负荷范围：0-50000cN 3. 伸长测量范围：（0-300）mm 4. 拉伸速度：（10--8000）mm/min	台（套）	1
40	高速 PA66 工业丝纺丝牵伸卷绕机	1. 卷绕速度2200米/分-4000米/分 2. 丝饼重量0千克-99.9千克	台（套）	1
41	PA66 切片固相增粘及输送系统	初始粘度2.5-2.7；最终粘度3.2 (96%硫酸相对粘度)	台（套）	1
42	定制捻线机	1. 功率：1000W； 2. 锭子数：6个； 3. 加捻数：60±3捻/米	台（套）	1
43	注塑机模具	配套80吨注塑机 抽芯式：拉伸样条模芯、弯曲冲击样条模芯、阻燃样条模芯，灼热丝样条模芯，色板模具，螺旋流长模芯	台（套）	1
44	搬运车	最大载重：2吨 重量：48kg	台（套）	1
45	电热恒温水浴锅	220±22V 5~100℃ 额定功率1KW 频率50±1HZ	台（套）	1
46	电阻仪	电阻：1×104Ω-1×1018Ω 电流：2×10-4A~1×10-16A 电源：220V，50HZ	台（套）	1
47	真空上料机	1. 功率：7.5kw 2. 输送能力：100-2000kg 3. 输送距离：1-45米 4. 输送高度：1-20米 5. 供气压力：0.4-0.6 6. 电源：380V±10%，50HZ	台（套）	1
48	水平垂直燃烧仪	1. 燃烧角度：0°、20°、45° 2. 气体压力：0.1MPa 3. 气体流量：105±5mL/min 965±30mL/min	台（套）	1

49	显微熔点仪	1. 测量范围：23℃-400℃ 2. 最小示值：0.1℃ 3. 升温速率：1℃/min、3℃/min、5℃/min、10℃/min和全速升温五档 4. 速率误差：≤10% 5. 测量精度：±0.8℃（小于200℃） ±1.0℃（200℃~最大量程范围） 6. 测量重复性： 0.5℃（升温速率为1.0℃/min时	台（套）	1
50	一体式马弗炉	额定温度：1300℃ 工作电压：220V，50HZ 功率：5KW	台（套）	1
51	不锈钢料仓	容积：1.5m ³	台（套）	1
52	混色机	料筒容积：140L 主轴转速：85r/min 主机电源：380V±10%，50HZ，1.5KW	台（套）	1
53	双螺杆混炼挤出造粒机组	交流主电机 额电功率：18.5kw 额定转速：1500r/min 螺杆直径：35.6mm 长径比：40:1 螺杆转速：60-600r/min 电源：380V，50HZ	台（套）	1
54	高扭龙门切粒机	滚刀速度：95m/min 功率：15kw 驱动类型：双变频器联动控制 动刀规格（mm）：Φ200*300*32NT 最多条数：40-60条 最大产量：2030kg/h 尺寸：1300*1650*1750mm	台（套）	1
55	悬臂式切粒机	滚刀速度：63m/min 功率：2.2kw 驱动类型：单变频器 动刀规格（mm）：Φ120*68*20NT 最多条数：1-8条 最大产量：150kg/h 尺寸：1050*1150*1550mm	台（套）	1
56	高扭龙门切粒机	滚刀速度：95m/min 功率：9.7kw 驱动类型：双变频器联动控制 动刀规格（mm）：Φ200*200*32NT 最多条数：15-40条 最大产量：1500kg/h 尺寸：1300*1650*1750mm	台（套）	1
57	注塑机	80吨注塑机，锁模力：800KN，电压：380V，频率：50HZ，功率：14.4KW，非伺服	台（套）	1

58	自动控制给料系统	包含四台失重秤： 1、产量范围：200-1000kg/h 动态精度： $\leq \pm 0.5\%$ 2、产量范围：40-200kg/h 动态精度： $\leq \pm 0.5\%$ 3、产量范围：40-400kg/h 动态精度： $\leq \pm 0.5\%$ 4、产量范围：2-20kg/h 动态精度： $\leq \pm 0.5\%$	台（套）	1
59	机器人码垛机及配套输送线	AC380/50HZ，气压： $\geq 0.6\text{MPa}$ 控制电压：DC24V 主控制装置：可编程逻辑控制器 运转操作方法：按钮，触摸屏 本设备采用工业机械手取代人工抓取纱锭，由六轴机器人带动夹具进行装纱码垛	台（套）	1
60	自动落筒打包系统	随设置时间自动落筒；120s停留时间结束警告	台（套）	1
61	圆振动筛	有效面积0.53m ² ，电机功率0.1kw，振动频率1460rpm/min	台（套）	1
62	筛分机	振频：1460次/分，激振力：5*2kg，功率：0.2*2kw 筛面尺寸：500*200mm，层次：1，功率：2*0.37 外形尺寸：2160*850*940mm，设备重量：350kg	台（套）	1
63	转鼓式干燥机	转鼓容积：10m ³ ，投料量：3.75-4.5m ³ ，干切片含湿率： ≤ 0.05 ，夹套蒸汽使用压力：0.35Mpa，夹套热油使用压力：0.18Mpa，加热面积：23.7m ² ，真空度：750mmHg，工作温度：140-145℃，烘干时间：8-10h，转速：2.9N/min，功率：7.5KW，外形尺寸：5500*3200*4000mm，设备质量：7100Kg	台（套）	1
64	缠绕机	功率：1.25kW 电源电压：1P, AC220V/110V, 50Hz/60Hz 转盘速度：0-10r/min，转盘直径：1500mm，立柱高度：2400mm，机器重量：650kg-750kg 工作噪声： $\leq 75\text{dB (A)}$ 环境条件：相对湿度 $\leq 90\%$ ，温度：-10-40℃ 包装材料：LLDPE拉伸薄膜，宽 $\leq 500\text{mm}$ ，外直径 $\leq 280\text{mm}$ 最大包装高度：立柱高度减400mm	台（套）	1
65	废丝箱	容量1.5m ³ 尺寸1500*1500*1500mm 重量120kg	台（套）	1
66	并纱机（6锭）	电机功率：90W 锭距：400mm，每节锭数：10，可并根数：3（4） 驱动方式：单锭驱动 张力控制：8级张力器 机器长度：280+（锭数SP/10）*2100mm	台（套）	1

		卷绕速度：800m/min		
67	纤维强伸度仪	1. 负 荷 测 量 范 围：0~ 100 cN; 2. 负 荷 测 量 误 差：≤ ± 1% ; 3. 负 荷 测 量 分 辨 率：0.1 cN; 4. 电 源：220V~ ± 10% ; 5.主 机 重 量：约 45kg; 6.尺寸：540×434×560mm	台（套）	1
68	井式预热炉	18抽，功率24.6kw, 尺寸3250*1500*2000mm 风机功率2.2kw	台（套）	1
69	切断机	功率：11kw 重量：1000kg 刀盘：592m' m	台（套）	1
70	卷曲机	卷曲轮：200*100，机械速度：250m/min	台（套）	1
71	电加热箱	尺寸：2000*500*240mm 重量：540kg	台（套）	1
72	浸胶返卷机	速度：5-70m/min 棍面宽度：1800mm 布卷最大直径：2000mm 布卷最大重量：3000kg	台（套）	1
73	浸胶缝纫机	针数：12针 最大幅宽：1800mm 缝纫速度：3.6m/min	台（套）	1
74	聚合物熔样器	1. 工作电压：220V-50HZ 2. 使用温度：25-185℃ 3. 升温时间：10分钟（25-150℃） 4. 恒温温度偏差：±1℃ 5. 样品容量瓶：75ml 6. 加热功率：1000W	台（套）	1

更正为

三、其他补充事宜

1、其他内容不变，本公告作为本项目招标文件的组成部分。

2、关于本项目的疑问答复、澄清、修改等情况，均在招标公告发布的同一媒介进行公告，同时在鹤壁市政府采购交易系统内部以“更正公告”形式告知各潜在投标人，各潜在投标人应及时关注并下载“更正公告”；各潜在投标人可在获取招标文件有效时间内自行下载招标文件，因鹤壁市政府采购交易系统在开标前具有保密性，各潜在投标人在“提交投标文件截止时间”前须自行查看项目进度、疑问答复、澄清、修改等，因投标人未及时查看造成的后果由投

标人自己承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：河南虹驰实业有限公司

地 址：河南省鹤壁市淇县桥盟乡纬六路1号

联系方式：王先生 19839236018

2. 采购代理机构信息

名 称：淇县欣荣工程管理服务服务有限公司

地 址：淇县太行大道与竹园南路交叉口东北角财富广场3楼

联系方式：胡女士 15839252760

3. 项目联系方式

项目联系人：胡女士

电 话：15839252760