

三门峡市中心医院电动手术床项目采购公告

(招标编号：采 2024-154)

项目所在地区：河南省, 三门峡市, 市辖区

一、招标条件

本三门峡市中心医院电动手术床项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 4 万元，招标人为三门峡市中心医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：详见公告内容

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)三门峡市中心医院电动手术床项目；

三、投标人资格要求

(001 三门峡市中心医院电动手术床项目)的投标人资格能力要求：详见公告内容；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 10 月 30 日 08 时 00 分到 2024 年 11 月 05 日 17 时 30 分

获取方式：三门峡市眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）报名

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 11 月 14 日 15 时 00 分

递交方式：三门峡市眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 11 月 14 日 15 时 00 分

开标地点：三门峡市眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）

七、其他

一、采购单位名称：三门峡市中心医院

二、采购单位地址：湖滨区崮山路三门峡市中心医院

三、采购项目内容及参数：

1、综合手术床，适用于普通外科手术、骨科手术、妇产科手术、眼科手术、神经外科手术、胸腹外科手术、耳鼻喉科手术及整形外科手术。

2、手术床采用五段式床身设计包括：头板、背板、腰桥、臀板和分体式腿板，可满足不同手术体位调整需求；

★3、手术床采用电动推杆驱动机制，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折、台面纵向移动等 5 组主要动作（共 5 个独立推杆运作）；提供第三方权威机构检测报告证明电动推杆数。

4、手术床底座外壳采用高强度阻燃 ABS 材料，经高温吸塑工艺制成；耐腐蚀、易清洁、永不生锈；手术床不锈钢零件符合技术要求标准：ASTM A240/A240M-20a（提供第三方权威机构检测报告）

5、刹车采用机械脚踏刹车，无电或故障时，可迅速解锁，移动手术床；

★6、具有一键复位、一键平移、一键解锁等功能（提供第三方权威机构检测报告）

7、具备腰桥功能，腰桥行程 $\geq 130\text{mm}$ ，满足特殊手术需要（提供第三方权威机构检测报告）

8、具有电动平移功能，行程 $\geq 300\text{mm}$ ，可配 C 型臂使用；台面最低高度 $\leq 700\text{mm}$ ，台面升降行程 $\geq 300\text{mm}$ 。

9、电源 AC220V 50Hz，功率 $\leq 200\text{VA}$ ，间歇方式运行，进液防护分类 IPX4。（提供产品铭牌证明）

10、标配 80mm 双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性；（提供证明文件）

11、标配大容量蓄电池，可满足 ≥ 50 次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性

12、台面长度 $\geq 2150\text{mm}$ （提供三方权威机构出具的检测报告）

13、台面宽度（不含导轨） $\geq 550\text{mm}$ （提供三方权威机构出具的检测报告）

★14、背板上折角度 $\geq 80^\circ$ ，下折角度 $\geq 30^\circ$ （提供三方权威机构出具的检测报告）

15、头板上折角度 $\geq 67^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ；（提供三方权威机构出具的检测报告）

16、腿板上折角度 $\geq 30^\circ$ ，下折角度 $\geq 90^\circ$ ，外展角度 $\geq 90^\circ$ ；（提供三方权威机构出具的检测报告）

★17、床体最大安全承重 $\geq 350\text{kg}$ （提供三方权威机构出具的检测报告）

18、标配附件：托腿架一对，托手架一对，麻醉屏杆一副

19、电动液压手术台具有省级医疗器械质量监督检验所检验报告及 EMC 检测报告，可提供权威检测报告。选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

20、通过 TUV 体系认证，并提供相关证件；

21、制造商通过环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和能源管理体系认证，并提供相关证件；

22、提供检测机构出具的全性能检测报告和 EMC 电磁兼容检测报告；

23、通过 CE 认证，并提供相关证明材料。

24、生产厂家在河南设售后服务机构，提供相关证明和售后工程师相关证件购项目；

四、采购方式：竞争性磋商

五、数量：2 台

六、预算价：4 万元

七、质保期要求：2 年

八、资金来源：自有资金

九、报名企业需提供资质要求：

1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织提供营业执照（具有本次采购货物的经营或生产能力的制造商或代理商）。

2、如果报名企业代表为非企业法定代表人的，企业代表应持有企业法定代表人签字、盖章的授权书原件。

3、企业法定代表人或授权企业代表（非企业法定代表人的）有效身份证复印件。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、为重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

5、供应商需出具在中国裁判文书网的无行贿证明查询结果截图或自行承诺（查询对象：企业、法定代表人）。

6、单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）；

7、本项目不接受联合体投标。注：以上证书或资格证明文件提供复印件，必须加盖企业单位公章并注明“与原件一致”。

8、企业报名后，不能参加开标，需提前三天告知综合采购办公室，如无故不参加开标的，将该企业拉入黑名单。

备注: 报名资料按照公告资质序号排序整理, 写明投标人姓名、电话、邮箱, 使用抽杆文件夹报送。

十、报名时间: 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 5 日

报名及开标地点: 三门峡市眼科医院综合采购办 (3 号楼 2 楼综合采购办)

十一、开标时间: 2024 年 11 月 14 日下午 15:00

十二、发布公告的媒体: 《三门峡市中心医院网站》《河南省电子招标投标公共服务平台》

联系电话: 15729000002 (王老师)

综合采购办公室

2024 年 10 月 30 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人: 三门峡市中心医院

地 址: 湖滨区崮山路三门峡市中心医院

联 系 人: 王老师

电 话: 15729000002

电子邮件: /

招标代理机构:

地 址:

联 系 人:

电 话:

电子邮件:

招标人或其招标代理机构主要负责人 (项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)