

开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目单一来源进口产品论
证公示补充通知

(招标编号: ZXYY-BJJZD-2024-1021)

一、中标人信息:

标段(包)[001]开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目:

中标人: / 其他类型中标价: /

二、其他:

一、项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目

二、项目编号: ZXYY-BJJZD-2024-1021

三、预算金额: 321500.00元

四、拟成交供应商名称及地址:

名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司

地址: 河南省郑州市管城回族区鼎瑞街005号1号仓库2层2016室

五、拟提供货物或服务项目基本情况:

一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个, 招标控制价: 60000元/台;

二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/ 台; 2.9mm

关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000

元/台。关节镜镜头总招标控制价 85500 元。

三包段: 导光束: 数量: 2个, 招标控制价: 8000元/台, 总招标控制价: 16000
元。

四包段: 高清摄像头: 数量: 1个, 招标控制价: 160000元/台。

六、单一来源原因及相关说明:

本次采购的一包段: 双按钮刨削手柄; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头; 2.9mm
关节镜镜头; 三包段: 导光束; 四包段: 高清摄像头; 用于关节镜设备, 为保
证原设备整体部件的顺利运行, 本次采购为原设备的同厂产品, 专机专用。符
合《中华人民共和国政府采购法》单一来源的相关规定, 故采用单一来源采购
方式。依据《政府采购法》第十条第(一)款及《政府采购进口产品管理办法
》第七条规定, 符合采购进口产品。根据《河南省财政厅关于对省级政府采购

进口产品实行审核前公示相关问题的通知》等有关法律和政策的规定，现将该进口产品的技术参数和专家论证意见进行公示。

七、专家论证意见

专家姓名 工作单位 职务（职称） 论证意见

李春莲 开封市人民医院 高级 详见附件

李坤 开封市疾控中心 高级 详见附件

戚颖 开封市人民医院 副主任药师 详见附件

马庆 开封为民法律 律师 详见附件

张雯 开封市疾控中心 中级 详见附件

八、公示期限延期至2024年10月30日09时00分至2024年11月5日17时00分（北京时间，法定节假日除外。）

九、异议反馈时限

2024年10月30日09时00分至2024年11月5日17时00分

十、其他需要公示内容

请各供应商对公示的内容有异议的，请于公示期内以书面形式反馈至开封市中心医院和北京建智达工程管理股份有限公司。异议须阐明采购需求技术指标的不合理性、供应商非唯一性等意见，并注明联系人名称、地址、联系电话，单位须盖公章。附相关证明和依据材料，法人授权函，被授权人身份证复印件（查看身份证原件）。

逾期不予受理，公示期间无异议，本项目将依法进行单一来源采购。

十一、联系方式

1. 采购人信息

采购人：开封市中心医院

联系人：陈先生

联系方式：0371-25672757

地址：开封市顺河区河道街85号

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：北京建智达工程管理股份有限公司

地址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号

联系人：张女士

联系方式：18749892912

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招 标 人：开封市中心医院

地 址：开封市顺河区河道街85号

联 系 人：陈先生

电 话：0371-25672757

电子邮件：/

招标代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

地 址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号

联 系 人：张女士

电 话：18749892912

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目

单一来源进口产品论证公示补充通知

一、项目名称：开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目

二、项目编号：ZXYY-BJJZD-2024-1021

三、预算金额：321500.00元

四、拟成交供应商名称及地址：

名称：郑州卓臻医疗科技有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区鼎瑞街005号1号仓库2层2016室

五、拟提供货物或服务项目基本情况：

一包段：双按钮刨削手柄：数量：1个，招标控制价：60000元/台；

二包段：4.0mm 关节镜镜头：数量：1个，招标控制价：29500 元/台；2.9mm 关节镜镜头：数量：1个，招标控制价：56000 元/台。关节镜镜头总招标控制价 85500 元。

三包段：导光束：数量：2个，招标控制价：8000元/台，总招标控制价：16000元。

四包段：高清摄像头：数量：1个，招标控制价：160000元/台。

六、单一来源原因及相关说明：

本次采购的一包段：双按钮刨削手柄；二包段：4.0mm 关节镜镜头；2.9mm

关节镜镜头；三包段：导光束；四包段：高清摄像头；用于关节镜设备，为保证原设备整体部件的顺利运行，本次采购为原设备的同厂产品，专机专用。符合《中华人民共和国政府采购法》单一来源的相关规定，故采用单一来源采购方式。依据《政府采购法》第十条第（一）款及《政府采购进口产品管理办法》第七条规定，符合采购进口产品。根据《河南省财政厅关于对省级政府采购进口产品实行审核前公示相关问题的通知》等有关法律和政策的规定，现将该进口产品的技术参数和专家论证意见进行公示。

七、专家论证意见

专家姓名	工作单位	职务（职称	论证意见
李春莲	开封市人民医院	高级	详见附件
李坤	开封市疾控中心	高级	详见附件
戚颖	开封市人民医院	副主任药师	详见附件
马庆	开封为民法律	律师	详见附件
张雯	开封市疾控中心	中级	详见附件

八、公示期限延期至2024年10月30日09时00分至2024年11月5日17时00分（北京时间，法定节假日除外。）

九、异议反馈时限

2024年10月30日09时00分至2024年11月5日17时00分

十、其他需要公示内容

请各供应商对公示的内容有异议的，请于公示期内以书面形式反馈至开封市中心医院和北京建智达工程管理股份有限公司。异议须阐明采购需求技术指标的不合理性、供应商非唯一性等意见，并注明联系人名称、地址、联系电话，单位须盖公章。附相关证明和依据材料，法人授权函，被授权人身份证复印件（查看身份证原件）。

逾期不予受理，公示期间无异议，本项目将依法进行单一来源采购。

十一、联系方式

1. 采购人信息

采购人：开封市中心医院

联系人：陈先生

联系方式：0371-25672757

地址：开封市顺河区河道街85号

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：北京建智达工程管理股份有限公司

地址：开封市鼓楼区大庆路大王屯小区A区4排3号

联系人：张女士

联系方式：18749892912

单一来源进口设备采购专家论证签到表

项目名称：开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目

预算金额：321500.00 元

专家姓名	工作单位	职称	论证意见
李春莲	开封市人民医院	主任医师	见专家论证意见附件
李庆	开封市司法局	律师	见专家论证意见附件
戚景	开封市人民医院	副主任医师	见专家论证意见附件
李坤	开封市疾控中心	主任医师	见专家论证意见附件
张霞	开封市疾控中心	中级	见专家论证意见附件

附件

单一来源进口设备采购专家论证意见表

专家人员信息	姓名:	戚毅	电话:	13503789215
	职称:	副主任医师		
	工作单位:	开封市人民医院		
项目信息	项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目			
	标段名称:	一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个		
		二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个		
		三包段: 导光束: 数量: 2个。		
		四包段: 高清摄像头: 数量: 1个		
预算金额:	总招标控制价: 312500.00 元 其中: 一包段: 招标控制价: 60000 元/台; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/台; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000 元/台。总招标控制价 85500 元。 三包段: 招标控制价: 16000 元。 四包段: 招标控制价: 160000 元/台。			
供应商名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司				
专业人员论证意见	开封市中心医院骨科三病区关节镜设备 已使用15年, 属于原装进口设备, 为保证 与原设备匹配, 使用效果好, 建议 更新件采购方式为单一来源采购。			
专业人员签字	戚毅	日期:	2024.10.28	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

附件

单一来源进口设备采购专家论证意见表

专家人员信息	姓名: 李春莲	电话: 13598782570
	职称: 主任医师	
	工作单位: 开封市人民医院	
项目信息	项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目	
	标段名称:	一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个
		二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个
		三包段: 导光束: 数量: 2个。
		四包段: 高清摄像头: 数量: 1个
预算金额:	总招标控制价: 312500.00 元 其中: 一包段: 招标控制价: 60000 元/台; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/台; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000 元/台。总招标控制价 85500 元。 三包段: 招标控制价: 16000 元。 四包段: 招标控制价: 160000 元/台。	
供应商名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司		
专业人员论证意见	开封市中心医院骨科三病区关节镜已使用有15年之久, 属原装进口设备, 为保证与旧设备的配套使用, 建议其零部件采购方式使用单一来源采购。	
专业人员签字	李春莲	日期: 2024.10.29

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

附件

单一来源进口设备采购专家论证意见表

专家人员信息	姓名:	李坤	电话:	13700780656
	职称:	主任技师		
	工作单位:	开封市疾控中心		
项目信息	项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目			
	标段名称:	一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个		
		二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个		
		三包段: 导光束: 数量: 2个。		
		四包段: 高清摄像头: 数量: 1个		
预算金额:	总招标控制价: 312500.00 元 其中: 一包段: 招标控制价: 60000 元/台; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/台; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000 元/台。总招标控制价 85500 元。 三包段: 招标控制价: 16000 元。 四包段: 招标控制价: 160000 元/台。			
供应商名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司				
专业人员论证意见	因关节镜为林弗泰克原装进口品牌, 双按钮刨削手柄, 关节镜镜头, 导光束, 高清摄像头都为其配件, 并要求专机专用, 故建议采用单一来源方式采购。			
专业人员签字	李坤		日期: 2024.10.29	

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

附件

单一来源进口设备采购专家论证意见表

专家人员信息	姓名: 张雪	电话: 1762778311
	职称: 中级	
	工作单位: 开封市疾控中心	
项目信息	项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目	
	标段名称:	一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个
		二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个
		三包段: 导光束: 数量: 2个。
		四包段: 高清摄像头: 数量: 1个
预算金额:	总招标控制价: 312500.00 元 其中: 一包段: 招标控制价: 60000 元/台; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/台; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000 元/台。总招标控制价 85500 元。 三包段: 招标控制价: 16000 元。 四包段: 招标控制价: 160000 元/台。	
供应商名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司		
专业人员论证意见	因关节镜属进口品牌, 为保证主机专用, 建议其零配件采购方式使用单一来源采购。	
专业人员签字	张雪	日期: 2020.12.29

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

附件

单一来源进口设备采购专家论证意见表

专家人员信息	姓名: 李永	电话: 15225119008
	职称: 律师	
	工作单位: 开封为民法律服务所	
项目信息	项目名称: 开封市中心医院骨科三病区关节镜设备部分更新采购项目	
	标段名称:	一包段: 双按钮刨削手柄: 数量: 1个
		二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个
		三包段: 导光束: 数量: 2个。
		四包段: 高清摄像头: 数量: 1个
预算金额:	总招标控制价: 312500.00 元 其中: 一包段: 招标控制价: 60000 元/台; 二包段: 4.0mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 29500 元/台; 2.9mm 关节镜镜头: 数量: 1个, 招标控制价: 56000 元/台。总招标控制价 85500 元。 三包段: 招标控制价: 16000 元。 四包段: 招标控制价: 160000 元/台。	
供应商名称: 郑州卓臻医疗科技有限公司		
专业人员论证意见	该设备不属于禁止、限制进口的产品 为使原设备更好的使用,建议 其备件采购方式单一来源采 购,建议采购原装进口产品。	
专业人员签字		日期: 2024.10.26

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

一包：双按钮刨削手柄设备参数

- 1、动力手柄具有手控开关，可耐受高温高压消毒。
- 2、无极负压吸引调节功能，转速:500-10000转/分。
- 3、动力手柄可以完成膝、肩、髌、腕、踝、肘关节镜手术。
- 4、手柄正转，反转，往复转三种模式。
- 5、与医院现有美国康美林弗泰克动力主机无缝对接。
- 6、质量要求:该产品为原装进口。

二包：关节镜镜头设备参数

一、4.0mm 关节镜镜头：

具有 HD 标志，HD

高清关节镜30度/4mm、长度 ≥ 170 mm。蓝宝石镜片，防雾，可高温高压消毒。

- 3、与医院现美国康美林弗泰镜鞘无缝对接。

二、2.9mm关节镜镜头：

- 1、高清关节镜 30 度/2.9mm、1套，长度 ≥ 152 mm。

2、蓝宝石镜片，防雾，可高温高压消毒。

- 3、与医院现美国康美林弗泰镜鞘无缝对接。

三、质量要求:以上产品均为原装进口。

三包：导光束

- 1、直径 $\geq 5\text{mm}$, 长度 $\geq 3.0\text{m}$ 。
- 2、可高温高压消毒，支持8分钟快速消毒
- 3、与医院现美国康美林弗泰光源主机无缝对接。
- 6、质量要求：该产品为原装进口。

四包：全高清摄像头设备参数

一、全高清摄像头：

- 1、3MOS

摄像头：分辨率 $\geq 1920*1080\text{P}$ 。自动调白, 自动增益, 全数字化系统，摄像头带遥控功能，可遥控自动白平衡，具有无极ZOOM 功能。

- 2、摄像头具有悬浮防震功能, 具有磁感应式自动变焦系统，防止雾化。
- 3、可耐受高温高压消毒，支持8分钟快速消毒。
- 4、与医院现有美国康美林弗泰克全高清摄像主机无缝对接。

二、质量要求：该产品均为原装进口。