

# 郑州人民医院椎间孔镜系统采购项目变更公告

## 一、项目基本情况

1. 项目编号 23-YL-0156
2. 项目名称：郑州人民医院椎间孔镜系统采购项目。

## 二、变更内容

(一) 原第五章采购需求中“技术参数”增加：“1,★各分系统（摄像系统、侧路椎间孔镜、后路椎间孔镜）须为同一品牌”

(二) 原第五章采购需求中“技术参数”：“侧路椎间孔镜（可高温高压灭菌） 2. 视场角最大 $\geq 80^\circ$ 、 5. 工作长度最长尺寸 $\geq 180\text{mm}$ ”变更为：“侧路椎间孔镜（可高温高压灭菌） 2. 视场角最大 $\geq 75^\circ$ 、 5. 工作长度最长尺寸 $\geq 170\text{mm}$ ”。

## 三、变更公告发布媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州市公共资源交易中心网》上同时发布。

## 四、凡对本公告提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息：

名称：郑州人民医院  
地址：郑州市金水区黄河路 33 号  
联系人：刘先生  
联系电话：0371-67079789

### 2. 采购代理机构信息

名称：鑫诚国际工程咨询有限公司  
地址：郑州市优胜南路 26 号（国奥大厦）22 层  
联系人：常先生  
电话：0371-63979952

### 3. 项目联系方式

项目联系人： 常先生

电 话： 0371-63979952

采购人或其代理机构主要负责人： ( 签名 )

采购人或其代理机构 ( 盖章 )