

河南省儿童医院郑州儿童医院 2022 年度第二批医疗设备采购项目变更公告

(招标编号：22-YL-0091)

一、内容：

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：22-YL-0091
- 2、原公告的采购项目名称：河南省儿童医院郑州儿童医院 2022 年度第二批医疗设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023 年 4 月 12 日、《郑州市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2023 年 5 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、公告类型： 变更公告
- 2、更正事项： 采购文件
- 3、更正内容： 五标段荧光胸腔镜部分技术参数

(1) 原参数：摄像主机与摄像头参数中：★10、摄像头具备 ≥ 5 个遥控按钮，其中至少 3 个可自定义遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置；

变更为：10、摄像头具备 ≥ 5 个调节按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置。

(2) 原参数：LED 冷光源参数中：2、设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸 ≥ 7.5 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整；包含导光束。

变更为：2、设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸 ≥ 7 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整；包含导光束。

(3) 原参数：高流速气腹机参数中：★1. 流速 ≥ 50 升/分钟，流量调节范围 0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求。

变更为：★1、流速 ≥ 50 升/分钟，以满足高流速供气的需求。

三、其他补充事宜

本项目已在《郑州市公共资源交易中心》交易平台上传最新澄清文件，请相关各供应商及时下载澄清文件。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人：河南省儿童医院郑州儿童医院

地址：河南省郑州市龙湖外环东路 33 号

联系人：刘刚

联系电话：0371-85515732

2. 采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔 16 楼

联系人：徐帅华

联系电话：0371-65528295、65528292

3、监督部门信息

名称：郑州市卫生健康委员会

地址：郑州市金水区纬五路 34 号院

联系方式：0371-67170830

4、项目联系方式

项目联系人：徐帅华

联系方式：0371-65528295、65528292

二、监督部门

本招标项目的监督部门为郑州市卫生健康委员会。

三、联系方式

招 标 人：河南省儿童医院郑州儿童医院

地 址：河南省郑州市龙湖外环东路 33 号

联 系 人：刘刚

电 话：0371-85515732

电子邮件：\

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地 址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交汇处西南角绿地中心北塔 16 楼

联 系 人：徐帅华

电 话：0371-65528292

电子邮件：474532806@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）