

许昌市中心医院“手术床”设备采购项目竞争性谈判公告

(招标编号：YLZB-GD-T2024002)

项目所在地区：河南省, 许昌市, 市辖区

一、招标条件

本许昌市中心医院“手术床”设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为许昌市中心医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：许昌市中心医院“手术床”设备采购项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)手术床；

三、投标人资格要求

(001手术床)的投标人资格能力要求：详见供应商资格条件；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年08月22日 08时30分到2024年08月27日 17时00分

获取方式：请供应商将营业执照、授权委托书、法人及被委托人的身份证复印件加盖公章后，同报名登记表一起扫描成一个PDF文件发送至代理公司邮箱：595442055@qq.com报名，邮件命名为项目名称+报名单位名称+联系人及联系方式。逾期报名或报名资料不完整，采购人不予受理。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年08月28日 08时30分

递交方式：许昌光大电子商务技术服务有限公司开标室（许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室）纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年08月28日 08时30分

开标地点：许昌光大电子商务技术服务有限公司开标室（许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室）

七、其他

许昌光大电子商务技术服务有限公司受许昌市中心医院的委托，就许昌市中心医院“手术床”设备采购项目进行竞争性谈判采购。现邀请符合本谈判文件规定条件的供应商前来谈判。

一、项目基本情况

（一）项目名称：许昌市中心医院“手术床”设备采购项目

（二）项目编号：YLZB-GD-T2024002号

（三）采购方式：竞争性谈判

（四）项目主要内容、数量：手术床1张。

（五）预算金额：20万元。

（六）交付（服务、完工）时间

：自签订合同之日起15日历日内，安装调试完毕并交付使用。

（七）交付（服务、完工）地点：采购人指定地点。

（八）进口产品：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

无。

三、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（三）根据采购需求特点，提出供应商资格资质条件：

1、投标产品如为第一类医疗器械，当投标人为产品制造商时，须提供有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》、《第一类医疗器械产品备案凭证》；当投标人为产品代理商或经销商时，须提供有效的《营业执照》，《营业执照》经营范围须包含第一类医疗器械经营。

2、投标产品如为第二类、第三类医疗器械，当投标人为制造商时，须提供有效

的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；如投标人为产品代理商或经销商时：所投产品为第二类医疗器械须提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》（如投标人医疗器械经营许可证及经营备案凭证属合并办理，则提供合并办理的《医疗器械经营许可证》）；如所投产品满足招标文件采购清单技术规格及参数且为注册标准更高的第三类医疗器械，须提供有效的《医疗器械经营许可证》。

3、投标产品如不作为医疗器械管理，提供有效的《营业执照》。

（四）本次采购不接受联合体响应。

四、招标文件的获取

1、自2024年8月22日至2024年8月27日（法定节假日除外），每天上午8:30至11:30，下午15:00至17:00（北京时间），请供应商将营业执照、授权委托书、法人及被委托人的身份证复印件加盖公章后，同报名登记表一起扫描成一个PDF文件发送至代理公司邮箱：595442055@qq.com报名，邮件命名为项目名称+报名单位名称+联系人及联系方式。逾期报名或报名资料不完整，采购人不予受理。

3、招标文件售价：500元/套人民币，招标文件售后不退。

五、投标文件的递交

1、递交截止时间：2024年8月28日8时30分（北京时间）。

2、递交地址：请投标公司于2024年8月28日8时30分之前（北京时间）将密封完好的纸质应答文件送至许昌光大电子商务技术服务有限公司（许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室）（注：使用顺丰寄付，许昌本地投标单位可选顺丰同城急送）。

六、开标时间及地点

1、开标时间：2024年8月28日8时30分（北京时间）

2、开标地点：许昌光大电子商务技术服务有限公司开标室（许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室）。

七、本次采购公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》和《许昌市中心医院官网》上发布。

八、联系方式

采购人：许昌市中心医院

地址：许昌市文轩路666号

联系人：李老师 联系电话：0374-3353618

采购代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

地址：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼

联系人：朱女士 联系电话：13323993003

许昌市中心医院

2024年8月22日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为许昌市中心医院。

九、联系方式

招 标 人：许昌市中心医院

地 址：许昌市文轩路666号

联 系 人：李老师

电 话：0374-3353618

电子邮件： /

招标代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

地 址：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼

联 系 人：朱女士

电 话：13323993003

电子邮件：xcgdzfcg@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件1:技术参数

采购清单

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	单价限价 (元)
1	手术床	1、设备床面尺寸 $\geq 2000\text{mm}$ （长） $\times 520\text{mm}$ （宽）（含头板）。 2、设备距水平地面高度调节范围 $500\text{mm} \sim 1000\text{mm}$ （不含床垫）。 3、设备纵转角度 $\geq \pm 25^\circ$ ，横转角度 $\geq \pm 20^\circ$ 。 4、设备头板上下旋转角度 $-90^\circ \sim 45^\circ$ ，脚板上下旋转角度 $-90^\circ \sim 15^\circ$ 。 5、具有平移功能，平移距离 $\geq 320\text{mm}$ 6、设备电动背板上下旋转角度 $80^\circ \sim -40^\circ$ 。 7、设备台面可水平旋转 $\geq 180^\circ$ 。 8、设备床垫采用抗静电耐燃无缝设计，可实现防渗液和易消毒。 9、设备床面采用X线可透视材质制成。 10、设备床体框架采用铝合金材质。 11、设备具有自动水平复归快捷操作功能。 12、设备采用电动刹车设计。 13、设备遥控器采用防水设计。 14、设备具有刹车手动释放功能。 15、设备最大载重 $\geq 350\text{KG}$ 。 16、设备具有无线控制操作器和台柱控制面板，可实现独立操作。 17、手术床的头板和腿板可前后互换，以满足不同手术需要。 18、通过EMC电磁兼容性测试，以保证使用安全。 19、手术床整体通过油路透析，确保手术床出厂时油路系统洁净，手术床经久耐用。 20、手术床配有高性能充电电池，可满足停电时应急手术需要，确保手术床在无交流电源供	张	1	200000.0 0

		电状态下正常工作。 21、设备配套头板、手板、腿板、手术专用床垫、麻醉幕帘架、大腿架、侧卧位手架、躯干固定带、U型头架、肩架1对、支身架1对、跪板1个、无线遥控器1个。			
--	--	--	--	--	--