

放射影像科排队叫号硬件及软件实施服务采购
(招标编号: XZP202407090004900001)

项目所在地区: 江苏省镇江市京口区

一、招标条件

本镇江三五九医院放射影像科排队叫号硬件设备及软件实施服务项目采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为自筹资金:2万元, 招标人为镇江三五九医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 采购诊室叫号显示终端3台; 视频控制器1台; 液晶电视1台; 语音控制器1个; 功放(一个)及扩音喇叭(三个)一套; 软件实施服务: 1批

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

放射影像科排队叫号硬件设备及软件实施服务项目采购

三、投标人资格要求

放射影像科排队叫号硬件设备及软件实施服务项目采购:

- (1) 具有独立法人资格, 能独立承担法律责任;
- (2) 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加此项采购前三年内, 在经营中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2024-07-09 00:00到2024-07-10 00:00

获取方式: 线上获取

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024-07-13 00:00

递交方式: 现场或邮寄

六、开标时间及地点

开标时间: 2024-07-16 17:30

开标地点: 镇江三五九医院

七、其他

采购排队叫号诊室叫号屏3台；视频控制器1台；液晶电视1台；语音控制器1个；功放（一台）及扩音喇叭（三个）1套；软硬件安装实施服务一批

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招 标 人： 镇江三五九医院
地 址： 镇江市中山东路8号
联 系 人： 周老师
电 话： 18652811009
电 子 邮 件： 429502785@qq.com

招 标 代 理 机 构： /
地 址： /
联 系 人： /
电 话： /
电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）张海航（签名）
招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

镇江三五九医院放射影像科排队叫号硬件设备及

软件实施服务采购项目

一、调研内容

我院拟对“放射影像科排队叫号硬件设备及软件实施服务”信息化项目开展市场调研，该项目至少包含但不限于以下功能模块：

采购标准：按照医院放射影像科要求，结合排队叫号功能需求采购符合要求的设施设备。

(1) 采购内容：

- 1、诊室叫号显示终端：3 台
- 2、视频控制器：1 台
- 3、液晶电视机：1 台
- 4、语音控制器：1 台
- 5、功放及扩音喇叭：一套（功放 1 台；扩音喇叭 3 个）
- 6、软件实施服务：1 批

(2) 技术要求：

硬件设备	指标项	配置要求	功能要求
诊室显示 终端	内存	≥1G	1. 支持显示医生照片、医生介绍等各种标记、当前就诊患者信息、准备就诊患者信息、签到等候队列信息等； 2. 支持患者姓名隐私保护用特殊字符代替显示； 3. 支持画面任意分割显示，显示内容可以灵活自定义，内容
	存储	≥8G	
	数据接口	支持外接 USB2.0 ≥ 1 个； Micro-USB ≥ 1； 内置 USB2.0 ≥ 2 个； 内置串口 ≥ 2 个	
	网络	支持百兆以上自适应以太网	

	音频输出	左右声道输出, 内置双路, 8R/ ≥3W*2 功放	支持视频、图片播放, 分诊叫号显示内容等; 4. 支持诊室终端显示医生照片、医生介绍、当前就诊患者信息、准备就诊患者信息、签到队列信息等; 5. 支持诊室终端滚动显示等候患者信息; 6. 支持非叫号时间段播放宣传图片; 7. 能够与医生登录信息同步, 实时将医生照片同步到诊室终端上。
	尺寸	高 ≥ 450mm; 宽 ≥ 280; 厚度 ≤ 45mm	
	功率	整机额定功率: ≤30W ; 待机功率: ≤1W;	
	系统	Android; 支持 TF 卡、远程、usb 升级	
视频控制 器	内存	≥1G	无
	存储	≥8G	
	数据接口	支持外接 USB2.0 ≥ 1 个; Micro-USB ≥ 1; 内置串口 ≥ 2 个	
	网络	支持百兆以上自适应以太网	
	音频接口	外接至少 1 个音频输出口	
	显示	支持 HDMI 输出, 支持 720P、1080P;	
	功率	整机额定功率: ≤10W 待机功率: ≤0.5W;	

	系统	Android; 支持 TF 卡、远程、usb 升级	
智能液晶电视	屏幕尺寸	85 寸以上;	无
	分辨率	支持超高清 4K	
	网络	支持无线/有线	
	屏幕比例	16:9	
	扬声器	2 个以上	
	接口类型	支持 USB 接口 ≥ 2 个, HDMI 接口, 网络接口;	
	接入方式	HDMI	
语音控制器	内存	$\geq 1G$	无
	存储	$\geq 8G$	
	系统	Android; 支持 TF 卡、远程、usb 升级	
	显示	支持 HDMI 输出, 720P、1080P	
	音频接口	≥ 1 个音频输出口	
	数据接口	外接 USB2.0 ≥ 1 个; Micro-USB ≥ 1 ; 内置串口 ≥ 2 个;	
	网络	支持百兆以上自适应以太网	

	功率	整机额定功率： $\leq 10W$ 待机功率： $\leq 0.5W$	
	开关	支持定时开关机	
功放及扩音喇叭	输出功率	$\geq 80W$	无
	安装方式	吸顶或吊装	
软件及实施服务要求			1. 交钥匙工程； 2. 需与医院 HIS 系统及排队叫号系统完成对接，包含安装调试费用。其中硬件设备包含三年维保。

(3) 服务要求

1、本项目提供原厂三年硬件免费质保（含人工和备件）服务，供货时提供软硬件设备制造厂商出具的质保期内免费质保的相关证明材料，并保证最终用户为镇江三五九医院（可查询验证），否则被视为违约，并承担所有违约责任。

2、本项目为交钥匙项目，对接费用等问题投标时一并包含在报价内。

3、供应商须承诺在质保期内更换的任何零配件必须是原厂生产的或经原厂认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，不可使用其他替代配件。

4、供应商须承诺提供设备的终身售后服务，必须保证在设计使用寿命周期内，能及时更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，设备在保修期以后维修所需零配件，按优惠价收费。

5、供应商成交后需要对信息安全做出承诺，对涉及的维保服务操作中的风险有专业的规避和防范措施，并能够对可能发生的信息安全问题承担责任。成交供应商提供项目实施期间信息安全保障机制，提供信息安全保障方案，确保采购人信息安全。因供应商工作失责导致的信息及数据安全责任，由供应商承担相关责任。如给采购人造成任何经济损失，均由供应商承担赔偿责任，且采购人有权在未付款项中直接扣除。

6、供应商需按照承诺供货期供货，每延误一天，扣除合同金额的 2%的违约金。

现公开征集相关资料，请具备相关产品及资质条件的厂商与我院联系。

二、调研方式

1. 现场调研或视频方式，调研时参与商须提供调研方案。
2. 医院调研人员对各参与商方案资料进行综合分析比较，必要时将邀请参与商现场演示。

三、调研要求

1. 调研方案须包括产品信息简介、功能参数、价格（含与集成平台接口费用）、相关资质、用户名单等信息。
2. 调研时现场提供相关资料（如果采用视频方式调研，可以邮寄相关资料到镇江三五九医院）。
3. 现场或视频调研时间

2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 11 日（具体以通知时间为准）

4. 调研地点

镇江三五九医院现场或视频（根据疫情防控需要）

四、报名公司资格条件

1. 报名公司的注册资金必须在人民币 100 万元及以上。
2. 报名公司须依法缴纳税收和社会保障资金。
3. 本项目不接受联合体供应商参加报名。

五、报名要求

1. 报名时间：2024年7月9日至2024年7月11日，上午08:30-11:00，下午14:30-17:00（节假日除外）。

2. 联系人：周老师；联系电话：18652811009

3. 报名时须提供如下材料：

（1）参与调研人姓名、电话、联系方式、邮箱等基本信息（便于后期联系）；

（2）企业营业执照（三证合一）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近三个月中任一个月）；

4. 上述报名材料提供电子档扫描件（加盖公章）即可，电子档材料发送至邮箱：429502785@qq.com。

六、其他说明

1. 参与商必须对所提供的材料真实性、准确性、合法性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消其参与资格。

2. 以上报名材料为一式一份，所有提供材料须加盖公司公章。

3. 报名电子档材料统一打包压缩成一份文件，文件一律以“**报名日期（形式为：2024年XX月XX日）+公司名称+项目名称**”形式命名。

镇江三五九医院

2024年7月9日