

岫岩满族自治县中医院针灸科省特色专科建设项目设备采购项目竞争性谈判公告

(招标编号: LNSY20230298)

项目所在地区: 辽宁省

一、招标条件

本岫岩满族自治县中医院针灸科省特色专科建设项目设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金 235,000.00 元,招标人为岫岩满族自治县中医院。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 针灸科省特色专科建设

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)针灸科省特色专科建设;

三、投标人资格要求

(001 针灸科省特色专科建设)的投标人资格能力要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

3. 本项目的特定资格要求: 设备属于医疗器械的,需提供医疗器械生产许可证(国产产品制造商提供,有效期内)、医疗器械经营许可证(或对应类别的备案凭证,有效期内)、医疗器械注册证(有效期内),否则提供设备不属于医疗器械的情况说明。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 12 月 25 日 14 时 00 分到 2023 年 12 月 28 日 17 时 00 分

获取方式: 现场领取(可采用邮件报名方式);地点: 辽宁承明招投标有限公司(沈阳市皇姑区黄河南大街 106 号丽阳商务大厦 A 座 16 层 1602 室);售价: 500 元

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023 年 12 月 29 日 10 时 30 分

递交方式: 辽宁承明招投标有限公司(沈阳市皇姑区黄河南大街 106 号丽阳商务大厦 A 座 16 层 1602 室)纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 12 月 29 日 10 时 30 分

开标地点：辽宁承明招投标有限公司（沈阳市皇姑区黄河南大街 106 号丽阳商务大厦 A 座 16 层 1602 室）

七、其他

项目概况

岫岩满族自治县中医院针灸科省特色专科建设项目设备采购项目（项目编号：LNSY20230298）
采购项目的潜在供应商应在（辽宁承明招投标有限公司）获取采购文件，并于 2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LNSY20230298

项目名称：岫岩满族自治县中医院针灸科省特色专科建设项目设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币 235,000.00 元

最高限价：人民币 235,000.00 元

采购需求：

品目 1：吞咽神经和肌肉电刺激仪 1 台 国产

技术参数：

- 1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。
- 2、GAME 模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。
- 3、电极分离技术：EMG 和 NMES 模式使用 1 电极电缆，具有低电池报警提示功能。
- 4、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接提示）。
- 5、低电量报警提示功能。
- 6、输出波形：双向方波。
- 7、充电式锂离子聚合电池+微型 USB 充电端口。
- 8、软件控制程序具有数据存储功能。
- ★9、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到 iPad 上。
- 10、最大使用电流限制保护功能 主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

11、多通道治疗可供多人同时治疗。

品目 2: 电脑中频电疗机 5 台 国产

技术参数:

- 1、调制波形: 方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波。
- 2、差频频率: $\leq 200\text{Hz}$ 。
- 3、差频变化周期: 差频变化周期为 24s。
- 4、脉动直流输出电压: 离子导入输出方式脉动直流输出电压应不大于 100V。
- 5、治疗时间: $\leq 99\text{min}$ 可调, 步长 1min, 允差 $\pm 5\%$ 。
- 6、电极加热温度: 加热分多档可调, 热温度范围应在“室温” $\sim 55^{\circ}\text{C}$ 之间。
- 7、运行模式: 连续运行。
- ★8、输出通道数: 四通道。
- 9、治疗方式: 脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗(同步或异步控制, 多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电)。
- 10、治疗处方数: 内置不少于 100 种治疗处方。
- 11、输出开路和短路性能: 在最大输出时, 电极经短路 5s, 再开路 15s, 关闭输出 1min, 重复试验 10 次, 设备应能正常工作。

品目 3: 电脑低频电疗机(神经损伤治疗仪) 4 台 国产

技术参数:

- 1、脉冲频率: 连续可调。
- 2、输出电流: 最大输出电流有效值不大于 80mA。(500 Ω 负载电阻下)
- 3、输出幅度调节: 每个增量不大于 1mA 或 1A 的变化离散的增加, 最小输出增量不大于最大输出的 2%。
- 4、输出方式: 连续, 断续。
- ★5、输出通道: 四通道输出。
- 6、治疗时间: $\leq 60\text{min}$ 。
- 7、数码显示: 脉冲频率、脉冲宽度、治疗时间。

品目 4: 滑轨式悬吊训练系统 1 套 国产

技术参数:

1、悬吊系统安装方便。

★2、悬吊系统为落地支架式，每个悬吊器支持前后位移。

3、每个悬吊器自带 2 条悬吊绳，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重 250KG，自带一条移控制绳。

4、配自锁式低阻力弹性黑绳。

5、配自锁式组合弹力双绳。

6、配自锁式无弹力绳。

7、配 1 个中分带用于头颈部的固定与手法治疗。

8、配 1 个胸部悬带，用于胸部或背部，锁扣式设计紧缚防滑。

9、配 4 个握具用于支撑手腕或脚腕。

10、配 2 个窄悬带用于四肢关节的托持固定。

11、配 2 个宽悬带用于上肢躯干的托持固定。

12、手法起立床:根据治疗需要，床体可升降，于悬吊系统匹配。

品目 5: 手关节训练仪 1 台 国产

技术参数:

1、屏幕为 ≥ 8 寸液晶触摸屏，全中文导航，通过主界面直接选择到训练界面，操作简单。

2、单/双/三通道切换，至少同时连接 2-3 只手套供 2-3 人同时使用。

3、训练模式:

★3.1 抓握训练:五指齐动的抓握和背屈训练。

3.2 手指操训练:单个手指按照手指操训练方法逐一训练对指训练，拇指和其他一个手指的逐一对指专项训练。

3.3 自主训练:选择设定需要训练的手指，依次反复的进行训练。

3.4 手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。ADL 日常生活能力训练，即抓物体功能训练。

3.5 主从式镜像训练:通过健手佩戴镜像手套，通过至少五条高精度传感器，在健手做出手势动作时，患手佩戴手指训练手套，可以做出同样动作，可精确到单根手指的主从式镜像训练，训练的同时屏幕配合对应训练动画。

3.6 主动游戏训练:通过患手带上镜像训练手套，做出要求手指和主机互动进行主动游戏训

练和手势对比训练,可精确单根或几根手指的精细化控制训练。

3.7 按摩训练:通过按摩手套配件,对手部进行按摩训练。

3.8 互动训练:人发出指定的语音指令,控制机器做手指训练语音引导,机器工作时,伴有语音提示。

3.9 腕关节训练:通过腕关节训练组件,对腕关节进行训练。

4、训练时间:≤99 分钟可调,10 分钟、20 分钟、30 分钟的预设时间可选。

5、训练力度:

5.1 可通过主机和手套结构进行双重调节。

5.2 主机压力:中、高两档可调。

5.3 手套调节功能:手套拉伸装置具备三档的物理调节功能。

6、运行速度范围 $60^{\circ} \sim 180^{\circ} /s$ 。

7、主机输出安全压力-85KPa~150KPa。

8、康复手套四指活动范围- $35^{\circ} \sim 230^{\circ}$ 。

9、训练保持时间:1 秒-12 秒可选择。

10、手套尺寸:XXS/XS/S/M/L/XL 共 6 个尺码可供选择,适合患者手长范围 8-25cm。

品目 6: 颈椎牵引机 1 台 国产

技术参数:

★1、颈椎牵引力可调,在牵引力过大时发出警告并要求操作者确认。

2、颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为不小于 60N/s。

3、设备具有牵引力实时监测功能,允差± 30N。

4、治疗时间可调范围:≤99min,步长为 1min。

5、牵引相时间可调范围:≤9min,步长为 1min。

6、间歇相时间可调范围:≤9min,步长为 1min。

7、设备具有紧急保护措施,在牵引治疗过程中,按下急退按键,可使牵引力松弛至初始状态。

8、设备具有颈部加热带,加热功能可单独开启或关闭,最高温度不超过 41℃。

9、牵引用椅与牵引绳基部的前后相对应位置可调,可调节范围≤15 度。

10、牵引用椅能够承受的最大患者体重为 180kg。

11、牵引补偿:由于外力作用而使患者端突然拉紧或松弛时,设备应自动恢复预设值。

合同履行期限: 合同签订后 15 天内完成供货、安装、调试、培训及验收并交付采购人使用。
需落实的政府采购政策内容: 中小微企业（含监狱企业）相关规定、促进残疾人就业政府采购政策相关规定、对于节能产品、环境标志产品相关规定等。

本项目不接受联合体。

二、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

三、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式: 书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式: 应参照《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。

四、其他补充事宜

一、适用于现场领取方式:

购买采购文件时须携带以下材料: 1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明复印件(自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用) 2、法定代表人(或非法人组织负责人)身份证明书原件(自然人作为响应主体时不需提供) 3、授权委托书原件(法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供)。

二、适用于邮件领取方式

发送邮件包含以下材料扫描件至 liaoningshangyu@126.com: 1、法人或者其他组织的营业执照等主体证明文件或自然人的身份证明电子版(自然人身份证明仅限在自然人作为响应主体时使用) 2、法定代表人(或非法人组织负责人)身份证明书(自然人作为响应主体时不需提供) 3、授权委托书原件(法定代表人、非法人组织负责人、自然人本人购买采购文件的无需提供) 4、报名信息表(包含项目名称、项目编号、单位全称、联系人姓名、联系人移动电话)。

五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 岫岩满族自治县中医院

地址: 岫岩县岫玉大街 105 号

联系方式: 0412-7854332

2. 采购代理机构信息

名称：辽宁承明招投标有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河南大街 106 号丽阳商务大厦 A 座 16 层 1602 室

联系方式：024-86803737

邮箱地址：liaoningshangyu@126.com

开户行：光大银行沈阳皇姑支行

账户名称：辽宁承明招投标有限公司

账号：7581018800024251300007

3. 项目联系方式

项目联系人：孙少伟、张田田

电话：024-86803737

八、监督部门

本招标项目的监督部门为岫岩满族自治县中医院。

九、联系方式

招 标 人：岫岩满族自治县中医院

地 址：岫岩县岫玉大街 105 号

联 系 人：韩科长

电 话：0412-7854332

电子邮件：

招标代理机构：辽宁承明招投标有限公司

地 址：沈阳市皇姑区黄河南大街 106 号丽阳商务大厦 A 座 16 层 1602 室

联 系 人：孙先生、张女士

电 话：024-86803737

电子邮件：liaoningshangyu@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）



招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

