

政府采购意向公告

吉林大学 2023 年 10 月采购意向项目-4 政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将吉林大学 2023 年 10 月采购意向项目-4 采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购品目	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间	备注
1	场发射透射电子显微镜	A02100301 显微镜	拟购置场发射透射电子显微镜一台。主要配置包括：高压系统、电子枪、放大系统、扫描透射、能谱系统、电子衍射、相机、样品台、三维重构。主要参数：加速电压 200kV；TEM 信息分辨率：0.12 nm；	850	2023-10	

			<p>STEM HAADF 分辨率： 0.16 nm；双 能谱或四 能谱探 头；高角 环形暗场 探 头 (HAADF) 探头； TEM、ST EM 及 EDS 三维 重构采 集。质保 期：货到 验收合格 之日起 12 个 月。质量 保 修 范 围：供应 商应对提 供的所有 货物（不 包含耗 材）质保 期内，除 人为因素 损坏外， 全部免费 维修。售 后服务： 提供高级 应用培 训，提供 用户培训 班，提供 终身的技 术支持服 务。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

2	场发射扫描 电子显微镜	A02100301 显微镜	拟购置场 发射扫描 电子显微 镜一台。 主要配置 包括：主 机(包括真 空系统、 电子光学 系统、检 测器系 统、能谱 系统),自 动变压 器,冷却 循环水系 统,计算 机,标准 工具及附 件。主要 参数：场 发射电子 枪;加速电 压：0.5 ~ 30kV ;配备样 品台减速 功能;分 辨率 15KV 优 于 (≤) 0.6 nm ;分 辨率 1KV 优于 (≤) 0.9 nm ;自 动电子光 路对中; 一体化导 航相机。 质保期： 货到验收	500	2023-10	
---	----------------	------------------	---	-----	---------	--

			合格之日起 12 个月。质量保修范围：供应商应对提供的所有货物（不包含耗材）质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修。售后服务：提供高级应用培训，提供用户培训班，提供终身的技术支持服务。			
--	--	--	---	--	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

吉林大学

2023-09-04