

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：汴财竞谈-2023-37
- 2、原公告的采购项目名称：开封市传染病医院强化可转换ICU建设、重症医疗资源建设设备采购项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023年10月20日、《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2023年10月26日09时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项： 采购文件
- 2、原文件获取时间：2023年10月23日 - 2023年10月25日（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2023年10月26日09时30分（北京时间）
- 3、原开标时间：2023年10月26日09时30分（北京时间）
开标时间变更为：2023年10月26日09时30分（北京时间）
- 4、原采购信息内容

/

变更为

/

- 5、更正日期：2023年10月23日16时03分

三、其他补充事宜

补充内容

：采购文件“第四章 货物清单及技术要求”11 气压治疗参数如下：

- 1、电源：AC220V±10%、50Hz±2%；
- 2、工作方式：连续工作；
- 3、输入功率：≤200VA；
- 4、治疗时间设定：
0~99分钟连续可调。
- 5、8腔叠加气囊设计；
- 6、可同时连接2个或1个充气套筒；
- 7、治疗模式：ABCDEFGHIJ10种模式，可单选或任意组合，4种预置模式组合。可以任意组合出适合科室的治疗方案和每个病人的治疗方案
- 8、循环治疗压力设定范围：0~200mmhg连续可调，精度±10mmhg；
- 9、保压时间:0-20s可调，步距增量1s
- 10、间停时间:0-80s可调，步距增量1
- 11、每个腔体压力单独可以调节；
- 12、平板电脑显示，安卓操作系统，操作方便，画质细腻。
- 13、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

注：招标公告、竞争性谈判文件相关内容同时变更

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：开封市传染病医院
地址：开封市铁塔西街2号
联系人：张先生

联系方式：19939599811

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南大明建设工程管理有限公司
地址：郑州市金水区花园路27号河南省科技信息大厦12层
联系人：张领涛

联系方式：0371-55679799 18317897338

3. 项目联系方式

项目联系人：张领涛

联系方式：0371-55679799 18317897338