

郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202405-1）-技术参数公示

（招标编号：/）

一、中标人信息：

标段(包)[001]技术参数公示：

中标人：本公告不涉及 其他类型中标价：本公告不涉及

二、其他：

郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202405-1）-技术参数公示

一、项目信息

1. 项目名称：郑州市第六人民医院医疗设备采购项目（202405-1）

二、技术参数

包 1：

医用冷藏箱（2-8℃）技术参数

- ★1、有效容积：≥1000 升，立式，双开门
- 2、外形规格尺寸：宽*深*高≤1210*715*2026
- 3、微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度 0.1℃。
- ★4、强制风冷系统，箱内温度恒定控制在 2℃~8℃，通过温控显示板，能够查看冰箱的左右温度。
- 5、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警；
- 6、三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
- 7、多重保护功能：开机延时、停机间隔等。
- 8、底脚轮设计，移动方便轻松。
- 9、内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。
- ★10、功率≤400W
- ★11、配实时温度监控
- 12、安全门锁设计，防止随意开启。
- 13、透明中空钢化离线镀膜玻璃门，防止玻璃门凝露。
- 14、内设照明灯，存取物品一目了然。
- 15、冷凝水自动蒸发，无需人工操作；

16、多层搁架，可根据需要调整间隙，方便实用。

17、配备中文电脑 1 台：CPU：≥英特尔 i5-1350P2、液晶屏：≥15.6 英寸 250Nit 高清屏、内存：≥16GB DDR4 3200MHz，要求具备 2 个 SODIMM 内存插槽，支持双通道；硬盘：≥1T M.2 PCIe NVMe 接口固态硬盘，内置以太网卡。

包 2：

医用低温保存箱（-20℃）参数

★1、有效容积：≥300 升，立式/单门

★2、微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~-25℃可调。

3、高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

4、故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警。

★5、配实时温度监控

6、多重保护功能：开机延时、停机间隔、键盘锁定等。

7、制冷迅速；

8、加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好；

9、无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保；

10、具备强制制冷；

11、抽屉设计，取放物品更方便，内有网格式抽屉≥6 个。

12、有安装压力平衡阀，开门更省力。

13、安全门锁设计，防止随意开启。

★14、底脚轮设计，移动方便轻松。

15、适合 10℃~32℃环境使用。

16、配备中文一体式电脑 1 台：CPU：≥英特尔 i5-1350P2、液晶屏：≥15.6 英寸 250Nit 高清屏、内存：≥16GB DDR4 3200MHz，要求具备 2 个 SODIMM 内存插槽，支持双通道；硬盘：≥1T M.2 PCIe NVMe 接口固态硬盘，内置以太网卡。

包 3：

医用超低温冰箱（-80℃）参数

★1、有效容积：≥630 升、立式

2、智能控制系统：LCD 液晶触摸显示屏，

★3、-40℃~-86℃可任意调节，控制精度高达 0.1℃，均匀控温，设有密码保护防止随意调整；

4、多重故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能，确保安全使用；

5、具有温度曲线显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能，数据可保存 10 年以上。

6、多种报警方式：声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警；

7、多种保护功能：压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护；

★8、配实时温度监控

9、显示屏带运行指示和通信状态指示，方便了解设备实时运行状况

10、电源开关带双路熔断过流保护，和电源接通指示灯，保障用户使用安全

11、优化复叠制冷技术，独特的蒸发冷凝换热系统设计，制冷能力更强。

12、保障其性能稳定，制冷效果强劲；

★13、增强型密封设计：设有不锈钢内门，双门封条超强密封，能有效锁住冷量，免加热式气压平衡设计有效缓解开门难，避免加热造成冷量损失和设备起火危险

14、开门方便，左右手均可开门，把手带独立按钮锁并可以锁两把挂锁。保护箱内安全；

15、宽电压带设计：可适应 206~242V 宽电压下运行，具有稳压功能

16、具有温度曲线显示，历史报警查看导出，开门报警历史查询及导出功能

17、具有抽屉式带锁防尘网装置随意开启，清洗方便

18、具有设备运行健康指示，一幕了然了解设备运行情况

19、底脚轮设计，移动方便轻松。

20、配备中文电脑 1 台：CPU：≥英特尔 i5-1350P2、液晶屏：≥15.6 英寸 250Nit 高清屏，内存：≥16GB DDR4 3200MHz，要求具备 2 个 SODIMM 内存插槽，支持双通道；硬盘：≥1T M.2 PCIe NVMe 接口固态硬盘，内置以太网卡。

三、公示期限

2024 年 09 月 25 日 08 时 30 分至 2024 年 09 月 27 日 17 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）。

四、异议反馈时限

2024年09月25日08时30分至2024年09月27日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

五、其他需要公示内容

请各潜在供应商对公示的内容是否有倾向性、歧视性、排他性等提出建议。各潜在供应商对公示内容如有异议，请于公示期内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（由法定代表人签字、盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

六、联系方式

1. 采购人信息

采购人：郑州市第六人民医院

地址：/

联系人：/

联系方式：/

电子邮箱：/

2. 采购代理机构信息：

名称：国隆项目咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉口绿地原盛国际1号楼A座12B层

联系人：肖明玉、李鑫

联系电话：0371-55001516/17

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人：郑州市第六人民医院

地址：/

联系人：/

电话：/

电子邮件：/

招标代理机构：国隆项目咨询有限公司

地 址：郑州市郑东新区金水东路与东风南路交叉路口绿地原盛国际 1 号楼 A 座 12B
层

联 系 人：肖明玉、李鑫

电 话：0371-55001516/17

电子邮件：glgljt168@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）