

丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目单一来源采购公示  
(招标编号: 0675-240JOC0101041)

项目所在地区: 江苏省徐州市

#### 一、招标条件

本丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为, 招标人为丰县华山镇中心卫生院。本项目已具备招标条件, 现招标方式其他。

#### 二、项目概况和招标范围

规模: 详见公告

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目

#### 三、投标人资格要求

丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目:

/

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间: 2024-04-22 09:00到2024-04-28 17:00

获取方式: /

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024-05-09 10:30

递交方式: /

#### 六、开标时间及地点

开标时间: 2024-05-09 10:30

开标地点: /

#### 七、其他

丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目

单一来源采购公示

##### 一、项目信息

1、采购人: 丰县华山镇中心卫生院

2、项目名称: 丰县华山镇中心卫生院西门子16层CT备件项目

3、拟采购的货物或服务的说明: 西门子16层CT备件项目

4、拟采购的货物或服务的预算金额: 人民币48.00万元

5、采用单一来源采购方式的原因及相关说明：

我院目前在用的西门子16层CT因球管寿命到期需要更换。因球管是CT机最主要核心部件之一，是检查成像的关键组件。CT机对球管有严格精准和匹配性的要求，为确保CT设备正常、稳定运行，拟采购的CT球管必须保证与原西门子CT兼容，故需要采购原厂球管。还因设备在临床工作中，需要得到优质的图像质量，为保证与原有采购项目一致性和服务配套的要求，拟采用单一来源采购方式采购。

二、拟定供应商信息

名称：安徽创一医疗科技有限公司

地址：合肥市包河区马鞍山南路世纪阳光大厦1801室

统一社会信用代码：913401000852214189

三、公示期限

2024年4月22日至2024年4月28日（公示期限不得少于5个工作日）

四、其他补充事宜：无。

五、联系方式

1、采购人

名称：丰县华山镇中心卫生院

联系地址：丰县华山镇政府驻地

联系电话：杨会理 13951460277

2、采购代理机构

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

联系电话：毛玲/温乔乔 0516-83999067/85699499

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2024年4月22日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招 标 人：丰县华山镇中心卫生院

地 址：丰县华山镇政府驻地

联 系 人：杨会理

电 话：13951460277

电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地 址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011

室第14、15层

联 系 人：毛玲/温乔乔

电 话：0516-83999067

电 子 邮 件： jcxz01@jocite.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：钟雪（签名）

招标人或其招标代理机构：                    （盖章）

# 单一来源采购方式专业人员论证

|                      |   |
|----------------------|---|
| 专业人员信息               | 姓名：<br><b>王峰</b>  |
|                      | 职称：<br><b>高级实验师</b>   |
|                      | 工作单位：<br><b>徐州医科大学</b>  |
| 项目信息                 | 项目名称： <b>丰县华山镇中心卫生院西门子 16 层 CT 备件项目</b>   |
|                      | 供应商名称： <b>安徽创一医疗科技有限公司</b>  |
| 专业人员论证意见             | <p>因球管是CT机最核心的部件之一，CT机对所配球管有严格的精度和匹配性的要求。所以购买原厂球管是保证各项参数最匹配，设备运行更稳定，图像能传达到最佳效果。另外因为医院CT机是西门子厂家的，而安徽创一医疗科技有限公司是CT球管丰县华山镇中心卫生院球管销售唯一销售渠道。基于以上原因，建议采取单一来源采购方式。</p> |
| 专业人员签字：<br><b>王峰</b> | 日期： <b>2024.4.19</b>  |

# 单一来源采购方式专业人员论证

|               |   |
|---------------|---|
| 专业人员信息        | 姓名：<br>刘燕   |
|               | 职称：<br>高级工程师  |
|               | 工作单位：<br>绩溪大附二院   |
| 项目信息          | 项目名称：丰县华山镇中心卫生院西门子 16 层 CT 备件项目<br>供应商名称：安徽创一医疗科技有限公司   |
|               | 专业人员论证意见<br>因CT球管是CT机最主要核心部件之一，CT对球管的匹配性和精准性有严格的要求。为保证CT机正常运转，各医院要求最佳匹配图像效果最佳，需采购主机原厂球管。另外，该公司是西门子厂家授权销售。丰县华山镇私立卫生院此次球管的唯一销售商。基于以上原因，建议采购此项目为单一性来源。 |
| 专业人员签字：<br>刘燕 | 日期：2024.4.19  |

# 单一来源采购方式专业人员论证

|          |  |                      |
|----------|--|----------------------|
| 专业人员信息   | 姓名:  | 王建国                  |
|          | 职称:  | 工程师                  |
|          | 工作单位:  | 阜阳市第二人民医院            |
| 项目信息     | 项目名称:  | 丰县华山镇中心卫生院西16层CT备件项目 |
|          | 供应商名称:   | 安徽创一医疗科技有限公司         |
| 专业人员论证意见 | 球管是CT的核心部件,对设备正常运转起着至关重要的作用,建议采购与之前采购的原型号球管。<br>它属于一医疗器材有限公司是西<br>门子安装设备的丰县当地经销商的<br>唯一供货渠道。<br>建议此项目采用单一来源。 |                      |
| 专业人员签字:  | 王建国  | 日期: 2022.6.19        |