

# 林州市河顺卫生院X射线计算机体层摄影设备球管采购项目单一来源公示

(招标编号：/)

## 一、内容：

林州市河顺卫生院X射线计算机体层摄影设备球管采购项目  
单一来源公示

### 一、项目信息

1. 采购人：林州市河顺卫生院
2. 项目名称：林州市河顺卫生院X射线计算机体层摄影设备球管采购项目
3. 拟采购的货物或服务的说明：CT球管一只、球管质保为：一年
4. 拟采购的货物或服务的预算金额：28万元
5. 采用单一来源原因及相关说明：X射线计算机体层摄影设备专业性强，而球管是该设备的核心部件，与整机一同注册。根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）要求，只能使用原厂球管。为保证与原有采购设备的一致性、兼容性、安全性，采用原厂原装型号球管，该球管型号为GS-20717。河南务本医疗器械有限公司为原设备厂家在该区域唯一授权售后服务经销商，可提供原型号球管，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定，应采用单一来源采购，唯一供应商为河南务本医疗器械有限公司。

### 二、拟定供应商信息

1. 名称：河南务本医疗器械有限公司
2. 地址：河南省郑州市高新技术产业开发区樱花街5号1号楼606号

### 三、专家论证意见（不少于三名行业技术专家）

专家姓名 工作单位 职务（职称） 论证意见

莫永峰 林州市肿瘤医院 正高 见专业人员论证意见

郭立新 林州市妇幼保健院 正高 见专业人员论证意见

牛瑞林 林州市中医院 副高 见专业人员论证意见

### 四、公示期限

2025年1月14日08时00分至2025年1月20日23时59分（北京时间，法定节假日除

外。)

## 五、异议反馈时限

异议反馈时限：2025年1月14日08时00分至2025年1月20日18时00分

## 六、其他需要公示内容

无。

## 七、联系方式

### 1. 采购人信息

名称：林州市河顺卫生院

统一社会信用代码：12410581417476012R

地址：林州市河顺镇

联系人：李小林

电话：13939992503

### 2. 采购代理机构信息

名称：永乐国际工程管理有限公司

统一社会信用代码：91410500MA3XBD1D03

地址：林州市西堤美寓C区公寓楼三楼

联系人：杨向婷

联系方式：17637268827

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 三、联系方式

招标人：林州市河顺卫生院

地址：林州市河顺镇

联系人：李小林

电话：13939992503

电子邮件：/

招标代理机构：永乐国际工程管理有限公司

地 址：林州市西堤美寓C区公寓楼三楼

联 系 人：杨向婷

电 话：17637268827

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 牛瑞林	
	职称: 副高	
	工作单位: 林州市中医院	
项目信息	项目名称: 林州市河顺卫生院 X 射线计算机体层摄影设备球管采购项目	
	拟定供应商名称: 河南务本医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>经论证: CT球管为消耗性配件, 该院40排CT球管是目前医院正在使用设备的关键部件, 需更换相应机型配套的专用配件, 其他品牌、型号产品无法替代使用, 需与主机配套使用, 更换设备的核心配件可能会造成设备的不稳定性, 导致运行异常, 因此建议使用原厂球管。且该设备授权的公司使用的软硬件及维保人员都具有专一性, 能最大程度的保证设备的正常运行。</p> <p>建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	牛瑞林	日期: 2025年1月9日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭立新
	职称: 正高级经济师
	工作单位: 如东人民医院
项目信息	项目名称: 林州市河顺卫生院 X 射线计算机体层摄影设备球管采购项目
	拟定供应商名称: 河南务本医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>球管是CT机的核心部件, 原装球管与CT整机的匹配性一致, 更能保障设备的运行安全, 使用原厂球管能与原机型相匹配, 可更好地满足设备的稳定运转, 使图像质量升级, 售后服务方面相一致, 建议采用单一来源采购原装球管。</p>
专业人员签字	<p>郭立新</p> <p>日期: 2015年1月8日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	莫峰	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	林州市肿瘤医院	
项目信息	项目名称:	林州市河顺卫生院 X 射线计算机体层摄影设备球管采购项目	
	拟定供应商名称:	河南务本医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>球管是CT机的核心部位。原装球管与CT              机器的匹配性一致。更换保障设备的              安全性、准确性。其他厂家的球管无法兼容。使用              原厂球管更换更好。满足设备的稳定运转。概              定机器的临床诊断价值。诊断结果的准              确性。</p>		
专业人员签字			日期: 2025年 1月 8 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。