

## 许昌市中心医院显微镜系统采购项目（二次）竞争性谈判公告

（招标编号：YLZB-GD-T2024004-1）

项目所在地区：河南省, 许昌市, 市辖区

### 一、招标条件

本许昌市中心医院显微镜系统采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为许昌市中心医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

### 二、项目概况和招标范围

规模：许昌市中心医院显微镜系统采购项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)许昌市中心医院显微镜系统采购项目；

### 三、投标人资格要求

(001许昌市中心医院显微镜系统采购项目)的投标人资格能力要求：详见供应商资格条件；

本项目 **不允许** 联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间：从2024年11月22日 08时00分到2024年11月26日 17时30分

获取方式：请有意向参加的供应商将营业执照、授权委托书、法人及被委托人的身份证复印件加盖公章扫描成一个PDF文件发送至代理公司邮箱：xcgdzfcg@126.com并电话通知报名。

### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年11月27日 15时00分

递交方式：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室纸质文件递交

### 六、开标时间及地点

开标时间：2024年11月27日 15时00分

开标地点：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室

## 七、其他

许昌光大电子商务技术服务有限公司受许昌市中心医院的委托，对许昌市中心医院显微镜系统采购项目（二次）进行竞争性谈判采购。现邀请符合本谈判文件规定条件的供应商前来谈判。

### 一、项目基本情况

（一）、项目编号：YLZB-GD-T2024004-1

（二）、项目名称：许昌市中心医院显微镜系统采购项目（二次）

（三）、采购方式：竞争性谈判

（四）、项目主要内容、数量及要求：显微镜系统4套。（具体详见谈判文件）

（五）、预算金额：48万元；最高限价：48万元。超出预算金额的谈判响应无效。

（六）、交付（服务、完工）时间：自签订合同之日起15日历天内，安装调试完毕并交付使用。

（七）交付（服务、完工）地点：采购人指定地点。

（八）专机专用配套耗材：有 无

（九）进口产品参与：不允许 允许

（十）分包：不允许 允许

### 二、需要落实的政府采购政策

无。

### 三、供应商资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2. 本项目的特定资格要求：

根据所投产品的医疗器械分类，如投标人为产品制造商时，提供有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》（第一类医疗器械提供）、《医疗器械生产许可证》（第二、三类医疗器械提供）；投标人为产品代理商或经销商时，提供有效的涵盖投标产品经营范围的《第二类医疗器械经营备案凭证》（第二类医疗器械提供）、《医疗器械经营许可证》（第三类医疗器械提供）。所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表），且

在有效期内。

3. 投标人未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）重大税收违法失信主体；“中国执行信息公开网”（[zxgk.court.gov.cn](http://zxgk.court.gov.cn)）失信被执行人；“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织公共服务平台”网站（[www.chinanpo.gov.cn](http://www.chinanpo.gov.cn)）严重违法失信名单的社会组织。

4. 本次采购不接受联合体响应。

#### 四、竞争性谈判报名及谈判文件的获取

1、报名及谈判文件的获取时间为：自2024年11月22日至2024年11月26日（法定节假日除外），每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间），请有意向参加的供应商将营业执照、授权委托书、法人及被委托人的身份证复印件加盖公章扫描成一个PDF文件发送至代理公司邮箱：[xcgdzfcg@126.com](mailto:xcgdzfcg@126.com)并电话通知报名。

2. 谈判文件售价500元，售后不退。如遇废标等情况，初次已报名获取文件供应商资格顺延保留，如有意向继续参与后续采购不再重复缴费，直至项目完成采购或项目终止。

#### 五、谈判文件的递交

请投标公司于2024年11月27日15时00分之前将密封完好的纸质应答文件邮寄或送至许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室，逾期送达或者未送达指定地点的纸质应答文件，采购人不予受理。（注：使用顺丰寄付，许昌本地投标单位可选顺丰同城急送）

注：使用顺丰寄付（请务必在顺丰快递单上标注项目编号），许昌本地投标供应商可选顺丰同城急送，投标供应商应充分考虑在途时间。

#### 六、开标时间及开标地点：

1. 开标时间：2024年11月27日15时00分（北京时间）

2. 开标地点：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼1116室。

3. 为避免人员聚集，本次开标不再邀请应答人代表现场参加开标，开标现场由监督人员全过程监督并全程录制音视频备查。

七、本次采购公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》

、《许昌市中心医院官网》上发布。

八、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

#### 九、联系方式

采购人名称：许昌市中心医院

地址：许昌市文轩路666号

联系人：李老师

联系电话：0374-3353618

代理机构名称：许昌光大电子商务技术服务有限公司

地址：许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼

联系人：朱女士

电话：15137405743

许昌市中心医院

2024年11月21日

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为许昌市中心医院。

#### 九、联系方式

招 标 人：许昌市中心医院

地 址：许昌市文轩路666号

联 系 人：李老师

电 话：0374-3353618

电子邮件： /

招标代理机构：许昌光大电子商务技术服务有限公司

地 址： 许昌市竹林路与宏腾路交叉口深商大厦11楼

联 系 人： 朱女士

电 话： 13323993003

电子邮件： xcgdzfcg@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

**附件1：技术参数：**

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	单价限价 (元)
1	显微镜系统	1. 设备照明系统需采用 LED 光源，亮度需连续可调，并需可实时显示光源模式和亮度。 2. 支架形式可分为落地式、壁挂式、固定式三种可供选择。 3. 设备双目镜筒变角范围需包含且不小于 0~180°，瞳距调整范围需包含且不小于 55mm~75mm。 4. 设备广角目镜放大倍数需≥12.5倍，屈光度调节范围需≥±7D。 5. 设备变焦物镜焦距需包含且不小于 200~460mm，并需每套设备配备 2 个防溅保护罩。 6. 设备需采用 120° 平衡挂臂设计，双目镜具有钟摆装置，并需配备黄色滤镜。 7. 设备需具有摄录系统，采用 4K 高清成像技术，并需配备≥24 英寸高清液晶显示器。 8. 设备物镜照度 F250，并需具有光源及亮度调节功能。 9. 设备需具有无线视频输出功能。 10. 每套设备需配备单反佳能专业相机 1 套和微距镜头 1 个。	套	4	120000

★本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。

★以上参数为“正偏离”或“符合”或“无偏离”的，投标文件中均须提供所投产品对应参数的检测报告（或提供所投产品经国家药品监督管理局备案的完整整套产品说明书或相应技术参数的厂家盖章证明资料），并须在技术规格偏离表中精确标注响应文件中的具体页码、具体条款项，可直接进行检索定位、比照验证。

检测报告由国家市场监督管理总局认可的医疗器械检验机构、中国合格评定国家认可委员会或国家认证认可监督管理委员会等国家认可的检测机构出具。（因机构改革的原因，原由国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检验机构出具的检验报告与国家市场监督管理总局认可的医疗器械检验机构出具的检验报告同等生效）