

河北医科大学第四医院医疗设备采购前技术配置咨询公示补充公示

(招标编号: /)

一、内容:

水处理系统和中心供液系统配置(软件、硬件、重要配件等)

一、水处理系统

1、水处理系统主机(双极反渗透)及其组件; 2、开放数据端口(产品供应商免费提供所需设备或器材); 3、热消毒主机及组件; 4、预处理配置: 漏水监测装置和进水电磁阀、前置过滤器、增压泵(2个)、砂滤罐、碳罐、树脂罐、保安过滤器; 5、反渗透水供水管路采用医用级 PEX 材质, 管路接口均采用耐高温材质, 要求耐酸耐高温。

二、中心供液系统

1、3套的浓缩液溶解系统 2、3套的储液系统, 每套2个储液桶 3、3套供液系统, 每套2个输送泵双环路动力供液; 4、储液桶液面监测系统, 2个储液桶供液可自动切换; 5、声光报警系统 6、3种配方的接口面板或供液模块 7、浓缩液质量检测装置(电子密度计等) 8、浓缩液溶解系统液位监测模块;

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 河北医科大学第四医院

地 址: 河北省石家庄市健康路12号

联 系 人: 李老师

电 话: 0311-86095626

电子邮件: /

招标代理机构: 河北博鳌项目管理有限公司

地 址: 石家庄市友谊南大街122号振头大厦16层

联 系 人: 赵飞

电 话: 0311-83031803-8005

电子邮件: hbbazbgs@126.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 赵 14（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

