

固始县人民医院肿瘤科医疗设备购置项目变更公告

(招标编号：固财招标采购-2023-90)

一、内容：

一、项目基本情况

- 1、项目名称：固始县人民医院肿瘤科医疗设备购置项目
- 2、招标编号：固财招标采购-2023-90
- 3、首次公告日期：2023 年 12 月 06 日至 2023 年 12 月 12 日在《《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台网(河南省·固始县)》发布；
- 4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2023 年 12 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项：招标公告、招标文件
- 2、原开标时间：2023 年 12 月 27 日上午 08 时 30 分、地点为固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室；原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2023 年 12 月 27 日 08 时 30 分（北京时间）
现变更为开标时间：2024 年 1 月 2 日上午 08 时 30 分、地点为固始县公共资源交易中心六楼不见面第二开标室；标截止时间(投标文件递交截止时间)：2024 年 1 月 2 日 08 时 30 分(北京时间)
- 3、原文件：第五章 采购项目产品技术标准与要求中序号（2）除颤仪产品的参数为. 1 导心电波形能同时打印于 A4 大小的热敏纸；

2. 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
3. 电压分辨率不低于 1uV；
4. 模数转换不低于 24 位；
5. 国际主流静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
6. 出波形时间不超过 7 秒；
7. 内置存储容量不低于 800 份；
8. ★电池单次充电至少可供打印 400 份报告；
9. 屏幕可预览完整的心电图报告；大于等于 8 寸 LED 显示屏

10. 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
11. 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道 ECG 实时波形作监护；
12. 可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸；
13. 可支持条形码扫描枪接收患者；
14. U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告；
15. 波形增益:2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
16. 记录仪分辨率:水平 40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直 8 dots/mm;

现变更为 1. 彩色 TFT 显示屏 ≥ 7 英寸，分辨率 800 \times 480 像素，可显示 ≥ 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

2. 阻抗指示要求有状态指示同时有实时值得显示。
3. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。（AED 功能适用于 8 岁以下人群）
4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
5. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量不低于 18 档。
6. 可通过体外电极板进行能量选择，最大能量不低于 350J。
7. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
8. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 ≥ 180 分钟。
9. 开机时间 $\leq 2s$ ，符合临床使用。
10. 除颤充电迅速，充电至 200J 所需时间不高于 4s。
11. 支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
12. ★支持升级 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
13. 通过心电电极片监测的心律失常分析种类不低于 21 种（提供相关证明文件）。
14. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末 CO₂ 监测。
15. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE 认证。
16. 无创血压收缩压测量范围：40–260mmHg（成人）、40–240mmHg（小儿）、40–140mmHg（新生儿）
17. 标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤 ≥ 300 次。

18. 支持≥24 小时连续 ECG 波形的存储，数据可导出至电脑查看。
 19. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（包含监护仪模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（不低于 200J）。
 20. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
 21. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别不低于 IP44。
 22. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求。
- 4、其他说明：因本项目招标文件内容参数内容发生改变请各潜在投标人及时通过信阳市电子招投标交易平台（“答疑澄清文件领取”）内下载澄清文件（包括招标文件其他材料），以澄清文件中内容为准。
- 5、招标文件同步变更，其他内容不变，由此给各投标人带来的不便敬请谅解。

三、补充事宜

本次公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台网(河南省·固始县)》上发布。请各投标人下载最新的招标文件制作投标文件！

四、联系方式

1、采购人信息

名称：固始县卫生健康委员会
地址：固始县城关蓼北路 486 号
联系人：王厚军
联系方式：13723100155

2、采购代理机构信息：

名称：拓鸿建设管理有限公司
地址：河南省郑州市管城回族区城东路 100 号 1 号楼 1 单元 8 层 802 号
联系人：黄翠
联系方式：17630971857

3、项目联系方式

项目联系人：黄翠
电话：17630971857

延期开标：2024-01-02 08:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：固始县卫生健康委员会

地 址：固始县城关蓼北路 486 号

联 系 人：王厚军

电 话：13723100155

电子邮件： /

招标代理机构：拓鸿建设管理有限公司

地 址：河南省郑州市管城回族区城东路 100 号 1 号楼 1 单元 8 层 802 号

联 系 人：黄翠

电 话：17630971857

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）