

## 南京金羚生物基纤维有限公司

### 污水内控 COD 委外运维招标书

招标单位：南京金羚生物基纤维有限公司

招标内容：污水处理再生池及二沉池的 COD 委外运维

#### 一、项目概况：

1. 项目地点：南京金羚生物基纤维有限公司（厂区内）

2. 项目概况：生物基公司 Lyocell 项目污水处理再生池及二沉池的 COD 已运行了近两年时间，前期由我司维修部负责清理维护。COD 仪属于精密在线分析仪表，拟转由有资质的专业队伍负责维护，现需委托有资质的第三方按照下述方案提供维保服务。

3. 维保服务方案：

3.1 备品备件价格明细及更换策略

– 提供 CA80 COD 分析仪所有价值 2000 元以上的备品备件价格明细及供货周期，见下表。

CA80COD 分析仪备品备件清单表

序号	名称	描述	单价(元)	货期
1	COD 简易版维护包	包括：2 个 10mL 注射器，2 根蠕动泵管，4 根废液软管,PTFE 试剂管 1 米，PE 水样管 2 米，润滑剂一支		
2	COD15mm 加热比色皿	两年		
3	COD/TP 定量管	COD/总磷通用		
4	定量管光栅	COD/总磷通用		
5	反应器阀	COD/总磷通用		

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱：[info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址：江苏省南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 7 楼

电话：025-57518728 传真：025-57518852

网址：[www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

6	COD/TP 排液电磁阀	新款废液阀		
7	COD 光度计发射模块			
8	COD/TP 光度计检测模块	COD/总磷通用		王天
9	CA80COD/TP 活塞电机定位光栅	COD/总磷通用		
10	活塞泵电机	COD/氨氮/总磷通用		
11	10ml 针筒活塞	20 个/套, 6 个月换一个,COD/氨氮/总磷通用		
12	CA80COD 六阀组(带标样核查)			
13	CA80 蠕动泵	COD/总磷通用		
14	显示器模块 CA80	COD/氨氮/总磷通用		
15	底板 CA80	COD/氨氮/总磷通用		
16	基础模块 CA80	COD/氨氮/总磷通用		
17	电源模块 CA80	COD/氨氮/总磷通用		
18	485 模块 CA80	COD/氨氮/总磷通用		
19	CA80COD/TP: FMAB1 控制模块	COD/总磷通用		
注: 已列出上述部分备品备件, 请填上价格并注明货期, 如有遗漏, 请自行添加				

- 对于价值 2000 元以下的备品备件提供免费更换服务（请提供具体的清单）。
- 对于价值 2000 元以上的备品备件, 由甲方委托乙方进行采购和更换, 并提前准备一定数量的备件以减少紧急采购的时间。

### 3.2 定期现场维护

- 每周一次现场维护
- 检查 COD 分析仪及其辅助设备的运行状态和技术参数。
- 清洗水泵、管线、过滤网以及进出水管, 清洁内部试管。
- 仪器废液按甲方要求封装后送至指定存放点。

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱: [info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址: 江苏省南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 6 楼

电话: 025-57518728 传真: 025-57518852

网址: [www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

- 优化维护流程，确保每次维护都能高效完成。

### 3.3 标准溶液及试剂管理

- 定期检查并更换标准溶液及试剂以确保其在有效期内。
- 建立库存管理系统，提前订购即将到期的试剂，避免过期使用。

王昊

### 3.4 定期检查及更换部件

- 定期检查水样导管、排水导管、活塞、密封圈等，并进行必要的更换。
- 若因密封件泄露导致的故障，由乙方负责维修并承担相应损失。
- 制定定期更换计划表，以减少突发故障的可能性。

### 3.5 预防性维护

- 保证仪器仪表设备的清洁卫生。
- 确保各仪器运行通畅，无漏液现象。
- 按照仪器说明书要求进行定期维护保养和易耗品更换。
- 加强日常监控，提前发现潜在问题。

### 3.6 日常维护记录

- 记录日常巡检、校准、维护保养和维修情况。
- 将仪器产生的废液按照甲方要求处理。
- 使用数字化工具记录维护历史，便于追踪和分析。

### 3.7 应急响应措施

- 如仪器出现故障且乙方 48 小时内无法修复，则乙方需在 48 小时内提供备用 COD 监测仪。
- 建立快速响应机制，确保故障及时得到解决。

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱: [info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址: 江苏省南京市建邺区江心洲亚鹏路 66 号金基汇智园 6 楼

电话: 025-57518728 传真: 025-57518852

网址: [www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

二、项目服务周期：自合同签订之日起1年（或者2年）。

三、报价要求：

1、运维费年度总价，报价包含服务过程中所发生的一切费用，须明确开票税率。  
如不接受电子承兑汇票，须在标书中注明。

2、CA80 COD 分析仪所有价值 2000 元以上的备品备件价格（13%增值税专票），此项亦作为最终的评标标准之一。

四、结算及付款方式：

运维费半年一结，每次结算时，需提供等额的发票以及半年运维服务的验收单；  
CA80 COD 分析仪所有价值 2000 元以上的备品备件到货后提供发票，收到发票后壹个月内予以支付。

五、投标单位需提交下列材料及基本承诺：

- 1、参与投标单位应具有相关的企业资质（提供营业执照复印件并加盖公章）、单位简介、法定代表人证明或委托授权书及委托人证明。
- 2、提供的资料必须真实、齐全、有效，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。
- 3、投标单位中标后不得转包，否则招标单位有权取消中标资格。
- 4、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。
- 5、未中标单位不通知。

六、领取招标文件的时间地点及要求：2024年9月19日开始，领取方式：可通过南京化纤官网下载（招投标信息中），或邮件、传真等方式领取招标文件。联系人：南京化纤股份有限公司采购部，岳平，联系电话：025-57518871。

七、现场勘察：

现场勘察时间：2024年9月20日，上午10：00（各单位若需要勘察现场，必须自备交通工具勘察现场，费用自理，若不勘察现场，风险自负。）

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱：[info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址：江苏省南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园

电话：025-57518728 传真：025-57518852

网址：[www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)

技术联系人：李文军 13585156060。

**八、投标要求及联系方式和投标地点：**

请仔细阅读招标书所有内容，按技术服务范围、职责和要求以及招标书要求投标。  
对未按招标书内容和要求投标的，将作为废标处理，责任自负。

为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式的非密封件标书和密封破损的标书（密封件封面必须在显著位置处注明“投标书”）。

投标截止期限：2024年9月27日12:00

接收投标部门：南京化纤股份有限公司采购部（岳平收）

联系电话：025-57518871

投标书邮寄地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

南京化纤股份有限公司

Nanjing Chemical Fibre CO., LTD.

邮箱：[info@viscosefibre.com](mailto:info@viscosefibre.com)

地址：江苏省南京市建邺区江心洲亚鹏路66号金基汇智园9号楼

电话：025-57518728 传真：025-57518852

网址：[www.viscosefibre.com](http://www.viscosefibre.com)