

河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目竞争性磋商公告
(招标编号：HNCX-2024-160)

项目所在地区：河南省, 郑州市

一、招标条件

本河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：/

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目；

三、投标人资格要求

(001河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目)的投标人资格能力要求：1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；
2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年10月17日 08时30分到2024年10月23日 17时30分

获取方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年10月31日 09时30分

递交方式：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年10月31日 09时30分

开标地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

七、其他

一、项目基本情况

- 1.采购编号：HNCX-2024-160；
- 2.项目名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目；
- 3.采购方式：竞争性磋商
- 4.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - 4.1 采购货物名称及数量：麻醉机（大动物）1套；
 - 4.2 标包划分：共划分 1个标包
 - 4.3 采购货物技术性能指标：具体参数详见“采购需求”；
 - 4.4 核心产品：/；
 - 4.5
- 采购范围：货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务；
- 4.6 资金来源：财政资金，已落实；

4.7 交货期：合同签订后60日历天；

4.8 交货地点：采购人指定地点；

5. 本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；

2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动。

三、获取采购文件

1. 获取采购文件时间：2024年10月17日至2024年10月23日（法定节假日除外），每日上午8:30至12:00时，下午14:30时至17:30时（北京时间，以收到邮件时间为准）

2. 获取采购文件方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱：

2.1

供应商信息登记表（见附件）、法定代表人证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

2.2 营业执照；

2.3 经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明；

2.4

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖单

位公章)；

2.5

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(2023年06月以来近期任意三个月,新成立公司时间计算以成立时间为准,如享有免税政策的,提供免税证明;社会保险的凭据可提供专用收据或社会保险缴纳清单);

2.6

供应商参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式自拟,加盖公章);

2.7

“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息(须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息);

2.8

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图。

以上“第2项

获取采购文件方式”中要求的内容按顺序编辑整理为一个PDF文档(文档中所附资料或证件需为原件彩色扫描件并加盖单位公章)。

3. 售价: 500元/份, 售后不退。

四、响应文件提交

1. 时间: 详见采购文件;

2. 地点: 阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室(320室)。

五、响应文件开启

1. 时间: 详见采购文件;

2. 地点: 阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室(320室)。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阜外华中心血管病医院》上发布。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息：

名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

地址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联系人：张老师

联系方式：0371-58680094

2. 采购代理机构信息：

名称：河南诚信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联系人：刘先生、李女士

联系方式：18937678815

附件1：供应商信息登记表

附件2：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）

采购项目采购需求

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

地 址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联 系 人：张老师

电 话：0371-58680094

电子邮件：/

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址： 郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联 系 人： 刘先生、李女士

电 话： 18937678815

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件1：供应商信息登记表

附件： 供应商信息登记表

项目名称			
供应商信息	单位名称		(填写供应商单位名称)
	营业执照		(填写证号)
	经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明		审计报告或资信证明是否满足， () 是 () 否
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺		是否有承诺，是 () 否 ()
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(2023年06月以来任意三个月)		是否有缴纳税收证明，是 () 否 () 是否有社会保障资金证明，是 () 否 () 是否是2023年06月以来近期任意三个月，是 () 否 ()
	供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明		是否有声明，是否满足，是 () 否 ()
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图		是否有打印的截图，是否满足，是 () 否 ()
	“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息(须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息)		是否有信息查询，是否显示公司信息、股东或投资人信息，是否满足，是 () 否 ()
拟投产品/设备 品牌/厂家			
供应商的法定代表人或委托代理人	姓名		
	身份证号		
	是否有相关证明材料		是 ()，已提供；否 ()。
	联系方式		
采购文件领取邮箱			

附近2:

河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）麻醉机（大动物）采购项目采购需求

一、设备需求

设备需求一览表

序号	产品名称	数量
1	麻醉机（大动物）	1套

二、商务及技术要求

（一）商务要求

序号	商务要求	要求
一	总体要求	
1	满足甲方科研要求，凡涉及设备运输、安装及施工由中标方负责，按照甲方要求提供交钥匙工程。	具备
2	投标时要求提供原厂家的检验报告或合格证、技术参数表及产品彩页	具备
3	投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，适用于科研、教学并满足将来发展应用领域的需要。提供相关质量体系认证资料	具备
4	仪器配备所有软件须为最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与甲方各信息系统无缝对接	具备
5	数量1台	具备
二	技术及售后服务	
1.	保修期 6 年。	具备
2.	每年由维修工程师提供至少 4 次的免费上门维护保养工作。	具备

3.	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。	具备
4.	一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 小时内响应，6 小时内提供维修方案及报价，24 小时内到达现场，提供备用机或备用配件，有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。	具备
5.	提供设备附件及各类配件详细报价清单。	具备

(二)技术要求

序号	技术性能要求	要求
1	综合描述	
#1.1	原装麻醉机，集麻醉和麻醉气体监测系统于一体的麻醉工作站	具备
★1.2	麻醉系统适用于低流量或高流量的重复吸入或非重复吸入麻醉，适用动物为成年家猪、巴马猪、羊、犬、兔等，动物体重范围4-200 kg。	具备
2	气体供给和安全装置	
2.1	气源：3气源，氧气、笑气和空气	具备
2.2	电子新鲜气体混合器，保证笑氧混合时氧浓度不低于25%	具备
2.3	快速充氧 $\geq 35\text{L}/\text{min}$	具备
#2.4	最大吸气流速 $\geq 150\text{L}/\text{min}$	具备
2.5	安全氧流量范围0-12L/min，可流经挥发罐，携带麻药	具备
3	呼吸系统	具备
3.1	集成呼吸回路，标配一体化回路加热装置，防止回路积水	具备
3.2	半紧闭回路，新鲜气体的变化不影响到潮气量的输送，有新鲜气体隔离阀	具备
3.3	通气模式:自主呼吸，手动通气，容量控制，压力限制，压力控制，同步间歇指令通气	具备
3.4	通气模式的转化通过屏幕的按键直接完成，钠石灰罐容量不小于1.5升	具备
3.5	高精度流量传感器，自动标定，呼吸回路可进行134℃高温高压灭菌，配备麻醉废气主动排放系统	具备
4	呼吸机	
#4.1	电动电控活塞式呼吸机，或者气动电控风箱式呼吸机	具备
4.2	容量控制模式下，最小潮气量20ml，吸气压力（ P_{insp} ）： $PEEP+5 - 70 \text{ cmH}_2\text{O}(\text{hPa})$	具备
4.3	PEEP：0-20 $\text{cmH}_2\text{O}(\text{hPa})$	具备
4.4	呼吸频率：3-80 次/分钟, I:E：5:1-1:99	具备

序号	技术性能要求	要求
5	挥发罐	具备
#5.1	原厂同品牌挥发罐	具备
5.2	挥发罐温度补偿范围：18℃-35℃，且具备压力补偿，流量补偿	具备
5.3	适合≥5种麻药，标配一个异氟醚挥发罐，加药量不小于280ML	具备
#6	缓冲罐	具备
6.1	作用：用于抽取和清除过量的麻醉气体和呼出气体，来降低释放到环境中的麻醉剂浓度，并排出气体监护仪中的采样气体	具备
6.2	可调节废气排出流量，配备有管路连接吊塔负压废弃回收孔	具备
7	监测	具备
7.1	彩色显示屏≥12英寸，通过一个显示屏，采集、处理和显示所有通气和气体监测的数据	具备
7.2	监测参数包括吸入和呼出的各种气体（氧气、笑气、二氧化碳）和不少于五种麻醉剂（氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚），分钟通气量，潮气量，呼吸频率，峰压，平台压，平均压，PEEP呼气末正压，顺应性	具备
7.3	标配P-V和F-V呼吸环监测，可监测新鲜气体的使用情况，提示新鲜气体用量过多，合适或不足，具有麻醉气体低MAC值预警功能	具备
#7.4	氧监测采用顺磁氧技术，无消耗品	
8	报警	具备
8.1	报警参数包括：分钟通气量，气道压力（包括阻塞和脱管），吸入氧浓度	具备
8.2	断电时声音报警，声光报警，可调节报警阈值，具备报警静音，不少于2分钟	具备
9	数据接口：数据接口用于主机上所有的监测参数的传输，标配两个RS-232接口用于数据传输	具备
10	其他功能	
10.1	不使用机器时，机器可处于待机模式（睡眠状态），可以迅速解除睡眠状态	具备
10.2	开机全自动自检，后备电池至少30分钟	具备
11	附件：增加配气体模块1个	具备